

Istruzioni per l'uso

1. Generale:

1.1. **Articolo:** Creation-Set Cere diagnostiche art. 760-0000
Ricambi per Creation-Set conf. 6 x 8 gr art. 760-1000/2000/3000/4000

1.2. **Quantità di consegna:** Cofanetto legno con 12 cere da 8 gr di colore diverso
Busta plastica con 6 cere da 8 gr di ricambio

1.3. **Indirizzo del produttore:** YETI Dentalprodukte - Industriestraße 3 - D-78234 Engen
Tel. 0049-7733-94 10 11 o 94100 Fax 0049-7733 - 94 1022

1.4. Condizioni per l'immagazzinamento:

- tenere a temperatura ambiente: min. +10 °C max +30 °C
- proteggere dai raggi solari
- temperature al di sotto di +8 °C ne aumentano la fragilità
- tenere in luogo sicuro, protetto da colpi, da cadute accidentali e da eventuali altri possibili danni

2. Uso secondo le norme:

I diversi tipi di cera sono da utilizzare nel laboratorio odontotecnico per la modellazione di ponti e corone. Il restauro in cera ottenuto può essere utilizzato poi dal medico dentista come oggetto di osservazione e supporto visivo dando un significativo aiuto alla realizzazione del manufatto protesico. Il modellato in cera può anche essere inserito brevemente nel cavo orale del paziente per controlli e per apportare eventuali modifiche.

Anche i tecnici più giovani possono fare addestramento e apprendere più facilmente la tecnica di stratificazione attraverso i diversi colori delle cere.

Da un utilizzo contro tali norme scadono sia la garanzia che qualsiasi richiesta di danni e/o responsabilità.

3. Rischi e pericoli durante l'utilizzo:

- Fare attenzione che persone incompetenti (per esempio bambini) non utilizzino e/o possano venire a contatto con il prodotto (rischio di deglutizione)
- Evitare che gocce calde di cera cadano sulla pelle (rischio di bruciate). Se la cera calda viene a contatto con acqua può schizzare in modo non controllabile e causare ferite (nel caso sussista tale pericolo, utilizzare vestiario di protezione adeguato)
- La cera è da immettere nel cavo orale solo per breve tempo e non in modo molto prolungato o permanente.
- Vi sono delle misure di sicurezza da osservare affinché si evitino pericoli di bruciate, inghiottimento e soffocamento del paziente.
- Se possibile, è consigliabile, creare oggetti sufficientemente grandi da evitare il rischio che possano essere ingoiati.

4. Istruzioni d'uso:

4.1. **Preparazione:** Aprire le scatole e/o le confezioni nelle aperture previste

4.2. Utilizzo:

La scelta dei colori da utilizzare è secondo le conoscenze e i criteri tecnici dell'odontotecnico e/o del medico dentista. L'applicazione e la stratificazione delle cere sul modello devono essere effettuate con strumenti da modellazione a mano idonei o con spatole elettriche.

Il modello di lavoro utilizzato deve essere prima isolato con Yeti Lube.

4.3. Dopo l'utilizzo:

- Pulire il modellato e disinfettarlo prima e dopo l'inserimento nel cavo orale del paziente
- Istruire su tali misure i propri collaboratori
- Chiudere le confezioni e proteggerle dalla polvere

5. **Eliminazione:** Per la eliminazione delle cere seguire la normativa vigente

6. **Durata:** È consigliabile utilizzare il prodotto entro 12 mesi dalla data di apertura dell' imballo originale.

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
BA	12.06.2006/TB	25.03.2019/CJ	1	25.03.2019/TB	Seite 1 von 1