de

PRECI TRAY

Gebrauchsanweisung

Patientenzielgruppe
Alle Personen, für die zur Behandlungindividuelle Löffel benötigt werden.

vorgesehener Anwender
Zahnarzt

Zusammensetzung
Qualitative Angaben:
Oligomeres Urethanacrylat, Vinylesterharz, 2,2-Dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-on oder um 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenon, (+-)-2,3-Dioxo-1,7,7-trimehyl-bicyclo-(2,2,1)-heptan di-Bornan-2,3 dion, Diphenyl(2,4,6-trimethyl-benzoyl)phosphinoxid, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propan-1-on, 2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoat, 2,2-Diethoxyacetophenon, Kalk-Natron Glas, amorphe Kieselsäure, Farbstoffe (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 /Pigment Violet 19 = C.I. 73900), Aromastoffe (Optamint).

Quantitative Angaben:
In 100 g sind 19 g Acrylate/Methacrylate und80 g Glas enthalten.

Zweckbestimmung des Produkts
PRECI TRAY ist ein lichthärtendes Löffelmaterial in Form von vorgefertigten Basisplatten, zur Herstellung von verwindungssteifen indivi- duellen Abformlöffeln, Bissschablonen und weiteren Indikationen. PRECI TRAY kann in allen UV- und Halogen-Lichtgeräten ausgehärtet werden. Die Basisplatten werden in einer wieder verwendbaren Lichtschutzdose geliefert,die als Container zum Transport oder zur Lagerung von Modellen, etc. einsetzbar ist.

Indikationen
- Individuelle Löffel

Kontraindikationen
Das Material enthält Methacrylate.
Bei Patienten mit einer Allergie gegen Methacrylate oder andere in dem Produkt enthaltene Stoffe, nicht anwenden.

Leistungsmerkmale des Produkts
PRECI TRAY polymerisiert mit Licht zu einemfesten und kompakten Polymerisat.

Spezielle Vorsorgemaßnahmen
Vermeiden Sie jeglichen Augen- und Hautkontakt mit dem unausgehärteten Material,also auch mit der inhibierten Schicht.

Wegen der Staubentwicklung beim Beschleifeneine Absaugung verwenden!

Vorbereitung/Herstellung
- Die Konturen des zukünftigen Löffels auf dem Modell anzeichnen.
- Untersichgehende Bereiche am Modell ausblocken.
- Als Platzhalter für die Abformmasse, das ganze Modell (z. B. mit Plattenwachs) ausblocken und Stopps ausschneiden. -
- Bei sehr trockenem Gips, das Modell kurz wässern oder eine Modellisolierung oder Alginat-Isolierung verwenden.
- Die Basisplatte aus der Dose entnehmen und die Dose wieder verschließen.
- Die Basisplatte auf dem ausgeblockten Gipsmodell adaptieren und z. B. mit einem Skalpell in die gewünscht Form schneiden.
- Aus den Resten der Basisplatte einen Griff formen und an den Löffel ansetzen.
- Den Löffel mit dem Modell in ein Lichtgerät geben und ohne Vakuum aushärten.
- Den Löffel vom Modell nehmen und von der Unterseite nochmals polymerisieren.
- Bei Polymerisation ohne Vakuum zur Entfernung der Schmierschicht Alkohol verwenden.

Zeiten:
Verarbeiten bei Tageslicht 20 Minuten

Polymerisation in UV- oder Halogen-Lichtgerä-ten, je nach Gerät:
1. Oberseite mit Modell 3-5 Minuten
2. Unterseite ohne Modell 3-5 Minuten

Ausarbeitung:
- Den individuellen Löffel mit Hartmetallfräsen ausarbeiten und mit Schmirgelpapier glätten.

Hygiene:
Abformungen mit individuellen PRECI TRAY Löffeln in eine desinfizierende Lösung auf Glutaraldehydbasis legen. Die Dauer richtet sichnach den jeweiligen Angaben des Herstellers.

Das fertige Medizinprodukt wird vom Zahnarztverwendet, z.B. für individuelle Löffel mit Abformmaterial.

Vorsicht
Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemäß Gebrauchsanweisung verwendet werden. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwenderverpflichtet, das Material eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, zumal wenn diese nicht in derGebrauchsanweisung aufgeführt sind.

Nebenwirkungen
Unerwünschte Nebenwirkungen sind nicht bekannt.

Wechselwirkungen
Eine Wechselwirkung des Produktes mit anderen Medizinprodukten, Arzneimitteln oder sonstigen Stoffen ist nicht bekannt.

Lagerung
Das Produkt sollte zwischen 0°C - 22°C gelagert werden.

Technische Daten
Biegefestigkeit mind. 130 N/mm^2

Mindesthaltbarkeit
PRECI TRAY nach Ablauf des Verfalldatumsnicht mehr verwenden.

Varianten
Oberkiefer-Schablone

REF 890-1000 rosa, 50 Stück
REF 890-1010 blau, 50 Stück
REF 890-1020 natur, 50 Stück

Entsorgung
Nicht ausgehärtetes Material kann mit Licht (Sonnenlicht oder künstlichem Licht) polymerisiert werden und dann als Kunststoffabfall entsorgt werden.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde desMitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

en

PRECI TRAY

Instructions for use

Patient target group
All persons for whom individual trays arerequired for treatment.

Intended user
Dentist

Composition Qualitative data:
Oligomeric urethane acrylate, vinyl ester resin,2.2-dimethoxy-1,2-diphenylethane-1-one or by 2.2-dimethoxy-2-phenylacetophenone, (+-)-2,3-dioxo-1,7,7-trimehyl-bicyclo-(2,2,1)-hep- tane di-bornane-2,3 dione, diphenyl(2,4,6-tri- methylbenzoyl)phosphinoxide, 2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propane-1-one, 2-ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate, 2,2 -diethoxyacetophenone, soda-lime glass, amorphous silica, dyes (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / PigmentViolet 19 = C.I. 73900), flavourings (Optamint).

Quantitative data:
In 100 g there are 19 g acrylates/methacrylates and 80 g glass.

Intended purpose of the product
PRECI TRAY is a light-curing tray material in theform of prefabricated, baseplates to make rigid,custom impression trays and bite-blocks, as well as for other indications. PRECI TRAY can be cured in all ultraviolet and Halogen light-curing units. The baseplates are supplied in a re-usable light-proof box that can be used for transportingor storing models, etc.

Indications
- Custom impression tray

Contraindications
The material contains methacrylates.
Do not use in patients with an allergy to methacrylates or other substances contained inthe product.

Performance characteristics of the product PRECI TRAY polymerises with light to form asolid and compact polymer.

Specific precautions
Avoid any contact between the eyes and skinand the uncured material, i.e. also with the inhibited layer. Always use a dust extractor when trimming thetray!

Preparation/Manufacture
- Mark the outline of the future tray on the model.
- Block out the undercuts on the model.
- To create a spacer for the impression material,block out the entire model (e.g. with a sheet of wax) and cut out stops.
- If the plaster is very dry, soak the model brieflyin water or apply dye isolation or an alginate isolation.
- Remove the baseplate from the box andclose it.
- Once the model has been blocked out, adapt the baseplate to it and cut to shapeusing, e.g. a scalpel.
- Use the remaining material to form a handleand attach it to the tray.
- Place the model and tray in a light-curing unitand cure without vacuum.
- Remove the tray from the model and polymerize once again from the underside.
- If the tray has been cured without a vacuum,use alcohol to remove the smear layer.

Times:
Working at daylight 20 minutes

Polymerisation in an ultraviolet or Halogen light-curing unit, depending on the unit in use:
The top of the tray, on the model
3-5 minutes
The underside of the tray, off the model
3-5 minutes

Trimming:
- Trim the custom tray with tungsten carbideburs and smooth it with sandpaper.

Hygiene:
Immerse impressions taken with PRECI TRAY customs trays in a disinfectant solution based onglutar aldehyde. The time depends on the disinfectant manufacturer's directions.

The finished medical product is used by the dentist, e.g. for individual trays with impressionmaterial.

Caution
The product has been developed for use in the dental sector and must be used according to the directions. The manufacturer accepts no liability for damage that results from use other than the above. Furthermore the user is obligedunder his own responsibility to examine the material for its suitability and its usage possibilities for the intended applications, especially if the latter are not detailed in the directions for use.

Side effects
Adverse side effects are not known.

Interactions
Interaction of the product with other medical devices, medicinal products or other substances is not known.

Storage
The Product should be stored between 0° C - 22°C

Technical data
Flexural strength min. 130 N/mm2

Minimum shelf life
Do not use PRECI TRAY after the expiry date.

Variants
Upper jaw template

REF 890-1000 pink, 50 pcs
REF 890-1010 blue, 50 pcs
REF 890-1020 natural, 50 pcs

Disposal
Uncured material can be polymerised with light (sunlight or artificial light) and then disposed of as plastic waste.

All serious incidents related to the device shall be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State wherethe user and/or the patient is established.

fr

PRECI TRAY

Notice d'utilisation

Groupe cible de patients
Toutes les personnes pour lesquelles des porte-empreintes individuels sont nécessairespour le traitement.

Utilisateur prévu
Dentiste

Données qualitatives de composition:
Acrylate d'uréthane oligomère, résine d'ester vinylique, 2.2 Diméthoxy-1,2-diphényléthane-1-on ou 2.2 Diméthoxy-2-phénylacétophéno-ne, (+-)-2,3-Dioxo-1,7,7-triméthyl-bicyclo-(2,2,1)-heptane di-Bornane-2,3 dione, Diphényl(2,4,6-triméthylbenzoyle)oxyde de phosphine, 2-Hydroxy-2-méthyl-1-phényl-propa- ne-1-on, 2-Éthylhexyl-4-(diméthylamino)benzoa- te, 2.2 Diéthoxyacétophénone, verre sodium-calcium, silicates amorphes, colorants (pigment Red 146 = CI 12485 / pigment Blue 29 =CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / pigment Blue CI 74160 / pigment Violet 19 = C.I. 73900), Arômes (Optamint).

Données quantitatives:
100 g contiennent 19 g d'acrylates/méthacryla-tes et 80 g de verre.

Utilisation conforme du produit
PRECI TRAY est un matériau photopolyméri- sant pour porte-empreintes présenté sous forme de plaques de base préfabriquées destiné à la fabrication de porte-empreintes individuels résistant à la torsion, de modèles d'occlusions, ainsi qu'à d'autres fins. La polymérisation de PRECI TRAY peut être effectuée dans tous les appareils à lumière UV ou halogène. Les plaques de base sont livrées dans une boîte réutilisable qui protège le matériau de la lumièreet qui fait office d'emballage pour le transport ou le stockage des modèles, etc.

Indications
- Porte-empreintes individuels

Contre-indications
Ce matériel contient des méthacrylates.
Ne pas utiliser chez les patients présentant unealergie aux méthacrylates ou à d'autres substances contenues dans le produit.

Caractéristiques du produit
PRECI TRAY polymérise à la lumière pourformer un polymère solide et compact.

Mesures de précaution spéciales
Évitez tout contact avec les yeux ou la peaulorsque le matériau n'a pas encore durci, c'est-à-dire avec la couche inhibée.
En raison de la formation de poussière lors du ponçage, utiliser un système d'aspiration!

Préparation/fabrication
- Dessiner les contours du futur porte-empreinte sur le modèle.
- Faire adhérer les parties inférieures sur le modèle.
- Fixer l'ensemble du modèle (par ex. avec la cire à plaques) afin qu'il maintienne en placele matériau pour empreintes, et découper lesbords.
- Si le plâtre est très sec, arroser légèrement le modèle ou utiliser soit l'isolant pour modèle soit un isolant à base d'alginate.
- Retirer la plaque de base de la boîte et refermer cette dernière.
- Adapter la plaque de base au modèle de plâtre fixé et découper à la forme souhaitée,par ex. à l'aide d'un scalpel.
- Former une poignée à partir des restes de la plaque de base et la mettre en place sur le porte-empreinte.
- Disposer le porte-empreinte et son modèledans un appareil à lumière et polymériser sans vide d'air.
- Retirer le porte-empreinte du modèle etpolymériser une nouvelle fois sur la face inférieure.
- En ce qui concerne la polymérisation sansvide d'air, utiliser de l'alcool pour retirer la couche de lubrification.

Temps de travail:
Travail à la lumière du jour 20 minutes

Polymérisation dans les appareils à lumière UVou halogène, en fonction de l'appareil:
Face supérieure avec modèle 3 à 5 minutes
Face inférieure sans modèle 3 à 5 minutes

Finition:
- Réaliser la finition du porte-empreinte individuel à l'aide d'une fraiseuse à métauxdurs et polir avec du papier émeri.

Hygiène:
Immerger les empreintes ainsi que les porte-empreintes individuels PRECI TRAY dansune solution désinfectante à base de glutaraldéhyde. La durée d'immersion varie selon les indications données par le fabricant.

Le produit médical fini est utilisé par le dentiste,par ex. pour des porte-empreintes individuels avec un matériau d'empreinte.

Attention
Le produit a été développé pour un usage dansle domaine dentaire et doit être utilisé conformément aux instructions d'utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages résultant d'une utilisation autre que celle prescrite. Par ailleurs, l'utilisateur est tenu de vérifier l'adéquation et la possibilité d'utilisation du matériau de sa propre initiative avant son utilisation, dans la mesure où celles-ci ne seraient pas mentionnées dans la notice d'utilisation.

Effets secondaires
Des effets secondaires indésirables ne sont pas connus.

Interactions
Une interaction du produit avec d'autres dispositifs médicaux, médicaments ou autres substances n'est pas connue.

Stockage
Le produit doit être conservé entre 0° C et 22°C

Caractéristiques techniques
Résistance à la flexion min. 130 N/mm2

Durée de conservation
Ne pas utiliser PRECI TRAY après la dated'expiration.

Variantes
Modèle de mâchoire supérieure

REF 890-1000 rose, 50 pcs
REF 890-1010 bleu, 50 pcs
REF 890-1020 nature, 50 pcs

Élimination
Le matériau non durci peut être polymérisé à la lumière (lumière du soleil ou artificielle), puis éliminé en tant que déchet plastique.

Tous les incidents graves liés au produit doiventêtre signalés au fabricant et à bautorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

es

PRECI TRAY

Información para el usuario

Grupo objetivo de pacientes
Todas las personas para las que se requieren cubetas individuales para el tratamiento.

Usuarios previstos
Dentista

Composición Datos cualitativos:
Uretanacrilato oligomérico, resina de éster devinilo, 2,2 Dimetoxi-1,2-difeniletan-1-ona o 2,2 Dimetoxi-2-fenilacetofenón, (+-)-2,3-Dio- xo-1,7,7-trimetil-biciclo-(2,2,1)-heptano di-Bornan-2,3 diona, Difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfinóxido, 2-Hidroxi-2-metil-1-fenil-propan-1-ona, 2-Etilhexil-4-(dimetilamino)benzoato, 2,2 Dietoxiacetofenona, vidrio sodocálcico, sílice amorfa, colorantes (pigmento rojo 146 = CI12485 / pigmento azul 29 = CI 77007 / D&C rojo 30 = CI 73360 / pigmento azul CI 74160 / pigmento violeta 19 = C.I. 73900), aromas (Optamint).

Datos cuantitativos:
En 100 g hay 19 g de acrilatos/metacrilatos y80 g de vidrio.

Finalidad del producto
PRECI TRAY es un material para cubetas fotopolimerizable presentado en forma de planchas base precortadas para la confección de cubetas de impresión individuales y resistentes a la torsión, plantillas de mordida y otras indicaciones. PRECI TRAY puede polimerizarse en todos los aparatos de luz UV y halógena. Las planchas base se entregan en un recipiente reutilizable, protegido contra la luz, que puede utilizarse como contenedor de transporte o para almacenar modelos, etc.

Indicaciones
- Cubetas individuales

Contraindicaciones
El material contiene metacrilatos.
No emplear en pacientes con alergia a los metacrilatos u otras sustancias del producto.

Características del producto
PRECI TRAY se polimeriza con la luz hasta convertirse en un polímero sólido y compacto.

Medidas preventivas especiales
Evite todo contacto con los ojos y la piel con elmaterial no curado, así como con la capa de inhibición. ¡Debido al polvo generado durante el lijado,utilice un sistema de succión!

Preparación/fabricación
- Marcar los contornos de la futura cubetasobre el modelo.
- Paralelizar los sectores socavados sobre el modelo.
- Recubrir todo el modelo (p. ej., con planchade cera) a modo de espaciador para el material de impresión y recortar material de barreras.
- En caso de encontrarse muy seca la escayola, sumergir brevemente el modelo enagua o utilizar un separador para modelos o separador de alginato.
- Extraer la plancha base del recipiente y cerrarlo.
- Adaptar la plancha base sobre el modelo de escayola paralelizado y recortar la forma deseada p. ej., con un bisturí.
- Formar un asa con los restos de la planchabase y unirla a la cubeta.
- Colocar la cubeta junto con el modelo en unapara to fotopolimerizador y polimerizar sin vacío.
- Levantar la cubeta del modelo y volver a polimerizar la cara inferior.
- Si la polimerización se realizó sin vacío, utilizar alcohol para eliminar la capa viscosa.

Tiempos:
Manipulación con luz diurna 20 minutos

Polimerización en aparatos de luz UV ohalógena, según tipo de aparato:
Superficie superior con modelo 3-5 minutos
Superficie inferior sin modelo 3-5 minutos

Elaboración:
- Repasar la cubeta individual con fresas decarburo y alisarla con papel de lija.

Higiene:
Sumergir las impresiones con cubetas individuales PRECI TRAY en una solución desinfectante a base de aldehído glutárico. Laduración la determinan las correspondientes instrucciones del fabricante.

El producto sanitario final lo utilizará el dentista,por ejemplo, para cubetas individuales con material de impresión.

Precaución
El producto ha sido desarrollado para su uso en odontología y debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones de uso. El fabricante no asumeninguna responsabilidad por los daños producidos por un mal uso del producto.
Además, el usuario debe examinar, bajo su propia responsabilidad y antes de su utilización,la adecuación y utilidad del material para los fines previstos, especialmente si no figuran en las instrucciones de uso.

Efectos secundarios
No se conocen efectos segundarios.

Interacciones
Se desconoce la interacción del producto con otros productos médicos, medicamentos u otras sustancias

Almacenamiento
El producto debe almacenarse entre 0° C y 22°C.

Datos técnicos
Resistencia a la torsión mín. 130 N/mm2

Vida útil
No emplear PRECI TRAY después detranscurrida la fecha de caducidad.

Variantes
Plantilla para maxilar superior

REF 890-1000 rosa, 50 unidades
REF 890-1010 azul, 50 unidades
REF 890-1020 natural, 50 unidades

Eliminación
El material no curado puede polimerizarse conla luz (luz solar o artificial) y, a continuación, eliminarse como residuo de plástico.

Todos los incidentes graves relacionados con el producto se deben comunicar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario o el paciente.

it

PRECI TRAY

Istruzioni per l'uso

Gruppo di pazienti target
Chiunque abbia bisogno di portaimpronteindividuali per il trattamento.

Utilizzatore previsto
Dentista

Composizione Informazioni qualitative:
Oligomero di acrilato di uretano, resina vinilestere, 2,2 dimetossi-1,2-difeniletan-1-one oppure 2,2 dimetossi-2-fenilacetofenone, (+-)-2,3-diosso-1,7,7-trimeil-biciclo-(2,2,1)-eptano di-bornano-2,3 dione, ossido di difenil(2,4,6-tri- metilbenzoil)fosfina, 2-idrossi-2-metil-1-fenil-pro- pan-1-one, 2-etilesil-4-(dimetilammino)benzoa- to, 2,2 Dietossiacetofenone, vetro sodocalcico, silice amorfa, coloranti (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = C.I. 73900), aromi (Optamint).

Informazioni quantitative:
100 g contengono 19 g di acrilati/metacrilati e 80 g di vetro.

Destinazione d'uso del prodotto
PRECI TRAY è un materiale fotopolimerizzabile, disponibile in placche preformate, per la realizzazione di portaimpronte individuali resistenti alla torsione, placche occlusali e altre indicazioni. PRECI TRAY può essere fotopolimerizzato in tutti gli apparecchi a luce UV o alogena. Le placche preformate sono fornite in una scatola impervia alla luce, riutilizzabile come container per trasporto o conservazione dei modelli etc.

Indicazioni
- Portaimpronta individuale

Controindicazioni
Il materiale contiene metacrilati.
Non usare in pazienti allergici ai metacrilati o adaltre sostanze contenute nel prodotto.

Caratteristiche del prodotto
PRECI TRAY si polimerizza con la luce percreare un polimerizzato saldo e compatto.

Precauzioni speciali
Evitare qualsiasi contatto del materiale non indurito con occhi e pelle, evitare il contattoanche con lo strato inibito.
Durante la rifinitura, usare un impianto di aspirazione per eliminare lo sviluppo di polveri!

Preparazione/produzione
- Segnare sul modello i contorni del futuro portaimpronte.
- Bloccare le zone in sottosquadro sul modello.
- Bloccare tutto il modello, usando ad es. dei fogli di cera come spaziatore per il materiale da impronta ed eliminare la cera nei punti di stop.
- Se si utilizza gesso particolarmente asciutto, bagnare brevemente il modello o applicare isolante per modelli o isolante per alginati.
- Prelevare la placca preformata dalla confezione e richiudere quest'ultima.
- Adattare la placca sul modello già bloccatoe tagliare, ad es. con un bisturi, nella forma desiderata.
- Con il materiale in eccesso della placca modellare un'impugnatura e applicarla al portaimpronte.
- Introdurre il portaimpronte adattato sul modello nell'apparecchio fotopolimerizzantee polimerizzare senza vuoto.
- Rimuovere il portaimpronte dal modello e polimerizzarlo anche dalla parte inferiore.
- In caso di polimerizzazione senza vuoto, usarealcool per eliminare lo strato gelatinoso.

Tempi:
Lavorazione con luce diurna 20 minuti

Polimerizzazione in apparecchio a luce UV o alogena, a seconda del tipo di apparecchio:
parte superiore del portaimpronte con modello
3-5 minuti
parte inferiore del portaimpronte senza modello
3-5 minuti

Finitura:
- Rifinire il portaimpronte individuale con frese al carburo di tungsteno e levigare con cartaabrasiva.

Igiene:
Immergere le impronte eseguite con il portaimpronte individuale PRECI TRAY in una soluzione disinfettante a base di aldeide glutarica. La durata varia in base alle indicazionidel produttore.

Il prodotto medico finito viene utilizzato dal dentista, ad es. per portaimpronte individualicon materiale per impronta.

Attenzione
Il prodotto è stato concepito per l'utilizzo nel settore odontoiatrico e deve essere utilizzato in conformità con le istruzioni per l'uso. Per danni derivanti da qualsiasi altro utilizzo, il produttore non si assume alcuna responsabilità. Inoltre, l'utilizzatore è tenuto a controllare in autonomiache il materiale sia idoneo e utilizzabile in conformità con gli scopi previsti prima dell'uso, soprattutto se questi non sono riportati nelle istruzioni per l'uso.

Effetti collaterali
Non sono noti effetti collaterali indesiderati.

Interazioni
Non è nota un'interazione del prodotto con altri medicinali, farmaci o altre sostanze.

Conservazione
Il prodotto deve essere conservato tra 0° C e 22°C.

Dati tecnici
Resistenza alla flessione min. 130 N/mm2

Durata minima
Non usare PRECI TRAY oltre la data discadenza.

Varianti
Modello della mascella superiore

REF 890-1000 rosa, 50 pezzi
REF 890-1010 blu, 50 pezzi
REF 890-1020 naturale, 50 pezzi

Smaltimento
Il materiale non indurito può essere polimerizzatocon la luce (luce solare o luce artificiale) e poi smaltito come rifiuto plastico.

Qualsiasi incidente verificatosi in correlazione con il prodotto deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Statomembro in cui dimora l'utilizzatore e/o il paziente.

nl

PRECI TRAY

Gebruiksaanwijzing

Patiëntendoelgroep
Alle personen voor wie bij de behandelingindividuele afdruklepels nodig zijn.

Beoogde gebruiker
Tandarts

Samenstelling kwalitatieve gegevens:
Oligomeer urethaanacrylaat, vinylesterhars, 2,2-dimethoxy-1,2-difenylethaan-1-on of met 2,2-dimethoxy-2-fenylacetofenon, (+-)-2,3-dioxo-1,7,7-trimethyl-bicyclo-(2,2,1)-heptaan di-bornaan-2,3 dion, difenyl(2,4,6-trimethylben-zoyl) fosfine-oxide, 2-hydroxy-2-methyl-1-fenyl-propaan-1-on, 2-ethylhexyl-4-(dimethyla- mino) benzoaat, 2,2 dimethoxyacetofenon, natronkalkglas, amorf siliciumdioxide, kleurstoffen (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet19 = C.I. 73900), aromastoffen (Optamint).

Kwantitatieve gegevens:
100 g bevat 19 g acrylaat/methacrylaat en 80 gglas.

Doel van het product
PRECI TRAY is een lichthardend lepelmateriaalin de vorm van voorgevormde basisplaten voor het maken van torsiebestendige individuele afdruklepels, beetsjablonen en overige indicaties. PRECI TRAY kan in alle apparatuur met uv- en halogeenlampen worden uitgehard.De basisplaten worden geleverd in een herbruikbare lichtdichte verpakking, die te gebruiken is als container voor het transport of voor het opslaan van modellen etc.

Indicaties
- Individuele afdruklepels

Contra-indicaties
Het materiaal bevat methacrylaat.
Niet gebruiken bij patiënten met een allergievoor methacrylaat of andere in het product verwerkte stoffen.

Eigenschappen van het product
PRECI TRAY polymeriseert met licht tot eenvast en compact polymerisaat.

Speciale voorzorgsmaatregelen
Vermijd elk oog- en huidcontact met het niet-uitgeharde materiaal, dus ook met de geïnhibeerde laag.
Gebruik bij het slijpen een afzuiging vanwegede stofontwikkeling!

Voorbereiden/produceren
- Teken de contouren van de toekomstigelepel af op het model.
- Dek het onderliggend gedeelte op het model af.
- Dek het hele model (bijv. met een laag was)af en snijd stops uit om een afstandshouder voor het afdrukmateriaal te maken.
- Was het model kort of gebruik een modelisolatie of alginaat-isolatie bij zeerdroog gips.
- Neem de basisplaat uit de verpakking en sluitde verpakking.
- Pas de basisplaat aan op het afgedekte gipsmodel en snijd het met bijv. een scalpelin de gewenste vorm.
- Vorm met de resten van de basisplaat eenhand greep en plaats deze tegen de afdruklepel.
- Doe de afdruklepel met het model in eenlichtap paraat en laat het zonder vacuümuitharden.
- Neem de afdruklepel van het model en laathet vanaf de onderkant nogmaals polymeriseren.
- Gebruik bij een polymerisatie zonder vacuümalco hol voor het verwijderen van de vervuilde laag.

Tijden:
Verwerken bij daglicht 20 minuten

Polymerisatie in apparaat met uv- of halogeenlampen, afhankelijk van het apparaat:bovenkant met model
3-5 minuten
onderkant zonder model
3-5 minuten

Uitwerken:
- Werk de individuele lepel met een hardmetaalfrees uit en maak glad metschuurpapier.

Het voltooide medische hulpmiddel wordt doorde tandarts gebruikt, bijv. voor individuele afdruklepels met afdrukmateriaal.

Hygiëne:
Leg afdrukken met individuele PRECI TRAY-afdruklepels in een desinfecterende oplossing op basis van glutaaraldehyde. De duur hiervan is afhankelijk van de instructies vande fabrikant.

Voorzichtig
Het product werd ontwikkeld voor gebruik in de tandheelkunde en moet conform de gebruiksaanwijzing worden gebruikt. Voor schade die het gevolg is van enig ander gebruikaanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid. Daarnaast is de gebruiker verplicht om het materiaal op eigen verantwoordelijkheid voor gebruik te controleren op geschiktheid en toepassingsmogelijkheid voor de beoogde doeleinden, met name als deze niet in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.

Bijwerkingen
Er zijn geen ongewenste bijwerkingen bekend.

Wisselwerkingen
Er zijn geen wisselwerkingen van het product met andere medische hulpmiddelen, medicijnen of overige stoffen bekend.

Bewaring
Het product moet worden bewaard tussen 0°C en 22°C.

Technische gegevens
Buigsterkte min. 130 N/mm2

Minimale houdbaarheid
Gebruik PRECI TRAY niet na de vervaldatum.

Varianten
Bovenkaaksjabloon

REF 890-1000 roze, 50 stuks
REF 890-1010 blauw, 50 stuks
REF 890-1020 naturel, 50 stuks

Afvoeren
Niet-uitgehard materiaal kan met licht (zonlichtof kunstlicht) worden gepolymeriseerd en vervolgens worden afgevoerd als plasticafval.

Alle ernstige incidenten die zijn opgetreden in verband met het product moeten worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt gevestigd is.

da

PRECI TRAY

Brugsanvisning

Patientmålgruppe
Alle personer, der har brug for individuelle aftryksskeer i forbindelse med en behandling.

tiltænkt bruger
Tandlæge

Sammensætning Kvalitative Angivelser:
Oligomert urethanacrylat, vinylesterharpiks, 2,2 dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-on eller omkring 2,2 dimethoxy-2-phenylacetophenon,(+-)-2,3-dioxo-1,7,7-trimehyl-bicyclo-(2,2,1) -heptandi-bornan-2,3 dion, diphenyl(2 4, 6-trimethylbenzoyl) phosphinoxid, 2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propan-1-on, 2-ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoat, 2,2 Diethoxyacetophenon, sodakalkglas, amorf silica, farvestoffer (Pigment Red 146 = CI 12485 /Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = CI 73900), smagsstoffer (optamint).

Kvantitative angivelser:
100 g indeholder 19 g akrylater/methacrylater og 80 g glas.

Produktets tilsigtede brug
PRECI TRAY er et lyshærdende skemateriale i form af præfabrikerede basisplader til fremstilling af torsionsbestandige individuelle aftryksskeer, bideskabeloner og andre indikationer. PRECI TRAY kan hærdes med alleUV- og halogen-lysapparater. Basispladerne leveres i en lysbeskyttende opbevaringsboks, som er genanvendelig og også kan bruges til transport eller opbevaring af modeller osv.

Indikationer
- Individuel aftryksske

Kontraindikationer
Materialet indeholder methacrylater.
Må ikke anvendes til patienter, der er allergiske over for methacrylater eller andre stoffer indeholdt i produktet.

Produktets egenskaber
PRECI TRAY polymeriserer med lys for atdanne en solid og kompakt polymerisat.

Særlige forholdsregler
Undgå al øjen- og hudkontakt med det uhærdede materiale, inklusive det inhiberedelag.
Brug en sugeindretning på grund af støvdannelse under slibning!

Forberedelse/fremstilling
- Marker konturerne af den fremtidige ske på modellen.
- Bloker af områder på modellen, der går ind under sig.
- Som en pladsholder for aftrykningsmaterialetblokerer du hele modellen (f.eks. med pladevoks) og skærer stop ud.
- Ved meget tørt gips, skal du blødgøre modellen med lidt vand, eller bruge enmodelisolering eller alginat-isolering.
- Tag basispladen ud af boksen, og luk boksenigen.
- Tilpas basispladen til den blokerede gipsmodel og skær f.eks. den ønskede formmed en skalpel.
- Af resterne fra basispladen former du ethåndtag, og fastgør det til skeen.
- Anbring skeen med modellen i en lysenhedog hærd uden vakuum.
- Fjern skeen fra modellen, og polymeriser denigen fra undersiden.
- Brug alkohol til at fjerne det udtværede lag,når du polymeriserer uden vakuum.

Tider:
Behandling i dagslys 20 minutter

Polymerisering i UV- eller halogenlysenhederafhængigt af enheden:
Overside med model 3-5 minutter
Underside uden model 3-5 minutter

Udarbejdelse:
- Den enkelte ske afsluttes med hårdmetalfræsning, og glattes medsandpapir.

Hygiejne:
Læg aftryk med individuelle PRECI TRAY skeeri en desinfektionsopløsning baseret på glutaraldehyd. Varigheden afhænger af den enkelte producents oplysninger.

Det færdige medicinske produkt bruges af tandlægen, f.eks. til individuelle skeer med aftryksmateriale.

Forsigtig
Produktet er udviklet til brug inden for dentalområdet og skal bruges i overensstem- melse med brugsanvisning. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes anden brug. Derudover er brugeren ansvarlig for at kontrollere materialets egnethed og muliganvendelse til det tilsigtede formål, før det bruges, især hvis dette ikke fremgår af brugsanvisningen.

Bivirkninger
Der er ingen kendte uønskede bivirkninger.

Interaktioner
En interaktion mellem produktet med andet medicinsk udstyr, lægemidler eller andre stoffer er ikke kendt.

Opbevaring
Produktet skal opbevares mellem 0°C - 22°C.

Tekniske data
Bøjningsstyrke mindst 130 N/mm2

Mindste holdbarhed
Brug ikke PRECI TRAY efter udløbsdatoen.

Varianter
Overkæbe-skabelon

REF 890-1000 rosa, 50 stk.
REF 890-1010 blå, 50 stk.
REF 890-1020 natur, 50 stk.

Bortskaffelse
Uhærdet materiale kan polymeriseres med lys (sollys eller kunstigt lys) og derefter bortskaffes som plastikaffald.

Alle alvorlige hændelser, der er opstået i forbindelse med produktet, skal meldes til producenten og den kompetente myndighed idet land, hvor brugeren og/ eller patienten befinder sig.

no

PRECI TRAY

Instruksjoner for bruk

Pasientmålgruppe
Alle personer som trenger individuelle brett for behandlingen.

Tiltenkt bruker
Tannlege

Sammensetning kvalitative opplysninger:
Oligomert uretanakrylat, vinylesterharpiks, 2,2 Dimetoksy-1,2-difenyletan-1-on eller rundt 2,2 Dimetoksy-2-fenylacetofenon, (+ -) - 2,3-diokso-1,7,7-trimetyl-bicyklo- (2,2,1) -heptan, diboran-2,3-dion, difenyl (2,4,6-trimetylbenzoyl) fosfinoksyd, 2-hydroksy-2-metyl-1-fenyl-propan-1-on, 2-etylheksyl-4- (dimetylamino) benzoat, 2,2 Dietoksyacetofenon, sodakalk- glass, amorf silika, fargestoffer (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D & CRed 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = CI 73900), smaksstoffer (optamint).

Kvantitative opplysninger:
100 g inneholder 19 g akrylater/metakrylater og 80 g glass.

Produktets tiltenkte bruk
PRECI TRAY er et lysherdende brettmateriale i form av prefabrikerte bunnplater for produksjon av vridningsbestandige individuelle avtrykksbrett, maler for biteskinner og ytterligere indikasjoner. PRECI TRAY kan herdes i alt UV- og halogenlysutstyr. Basisplatene leveres i en Leveres i en gjenbrukbar lysbeskyttelsesboks somkan brukes som beholder for transport eller oppbevaring av modeller osv.

Indikasjoner
- Individuelle brett

Kontraindikasjoner
Materialet inneholder metakrylat.
Må ikke brukes på pasienter som er allergiskeover-for metalkrylat eller andre stoffer i produktet.

Produktets ytelsesegenskaper
PRECI TRAY polymeriserer med lys for å danneen solid og kompakt polymer.

Spesielle forholdsregler
Unngå enhver øyekontakt og hudkontakt med det herdete materialet, det vil si også med detinhiberte laget.
Bruk sug på grunn av støvet som oppstår underslipingen!

Foreberedelse/produksjon
- Tegn opp konturene for det fremtidige brettet på modellen.
- Blokker underskjæringsområder på modellen.
- Blokker hele modellen (f.eks. med arkvoks) ogklipp ut stopper som plassholder for avtrykksmaterialet.
- Hvis gipsen er svært tørr, fukt modellen letteller bruk en modellisolering eller alginatisolering.
- Ta ut grunnplaten fra boksen og lukk boksenigjen.
- Tilpass grunnplaten på den blokkerte gipsmodellen og skjær f.eks. i ønsket formmed en skalpell.
- Form et håndtak fra restene til grunnplat enog fest til brettet.
- Plasser brettet med modellen i et lysappa ratog herd uten vakuum.
- Ta brettet bort fra modellen og polymeris erfra undersiden på nytt.
- Bruk alkohol for å fjerne smørelaget vedpolymerisering uten vakuum.

Tider:
Behandling i dagslys 20 minutter

Polymerisering i UV- eller halogenlysapparater, avhengig av enhet:
Overside med modell 3-5 minutter
Underside uten modell 3-5 minutter

Utarbeiding:
- Utarbeid det individuelle brettet med hårdmetallfresing og jevn ut med sandpapir.

Hygiene:
Plasser utformingene med individuelle PRECI TRAY-brikker i en desinfiserende løsning på glutaraldehydbase. Varigheten er avhengig avden respektive informasjonen fra produsenten.

Det ferdige medisinske produktet brukes av tannlegen, f.eks. for individuelle brett med avtrykksmateriale.

Vær forsiktig
Produktet ble utviklet for bruk innenfor tannhelsen og må brukes i henhold til instruksjoner for bruk. Produsenten påtar seg ikkeansvar for skader som oppstår som følge av annen bruk. I tillegg er brukeren ansvarlig for å kontrollere materialet før bruk for egnethet og mulig bruk for dets tiltenkte formål, spesielt hvis disse ikke er oppført i instruksjoner for bruk.

Bivirkninger
Uønskede bivirkninger er ikke kjent.

Interaksjoner
Interaksjoner mellom produktet med andre medisinske produkter, legemidler eller andre stoffer er ikke kjent.

Lagring
Produktet bør oppbevares mellom 0°C - 22°C.

Tekniske data
Bøyestyrke min. 130 N/mm2

Minste holdbarhet
PRECI TRAY må ikke brukes etter utløpsdatoen.

Varianter
Overkjevemal

REF 890-1000 rosa, 50 stykker
REF 890-1010 blå, 50 stykker
REF 890-1020 natur, 50 stykker

Kassering
Uherdet materiale kan polymeriseres med lys (sollys eller kunstig lys) og deretter kastes som plastavfall.

Alle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med produktet må rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet i medlemsstaten der brukeren og/eller pasientenhar sitt bosted.

sv

PRECI TRAY

Bruksanvisning

Patientmålgrupp
Alla som behöver enskilda brickor förbehandlingen.

avsedd användare
Tandläkare

Sammansättning kvalitativa uppgifter:
Oligomert uretanakrylat, vinylesterharts, 2,2 Dimetoxi-1,2-difenyletan-1-on eller runt 2,2 Dimetoxi-2-fenylacetofenon, (+ -) - 2,3-dioxo-1,7,7-trimehyl-bicyklo- (2,2,1) -heptan, di-bornan-2,3-dion, difenyl (2,4,6-trimetylbensoyl) fosfinoxid, 2-hydroxi-2-metyl-1-fenyl-propan-1-on, 2-etylhexyl-4- (dimetylamino) bensoat, 2,2 Dietoxiacetofenon, sodakalkglas, amorf kiseldioxid, färgämnen (Pigment Red 146 = CI 12485/ Pigment Blue 29 = CI 77007/D&C Red 30 =CI 73360/ Pigment Blue CI 74160/Pigment Violet 19 = CI 73900), smakämnen (Optamint).

Kvalitativa uppgifter:
100 g innehåller 19 g akrylater/metakrylater och 80 g glas.

Avsedd användning av produkten
PRECI TRAY är ett ljushärdande brickmaterial i form av prefabricerade bottenplattor för framställning av torsionsbeständiga individuella avtrycksbrickor, bitmallar och andra indikationer. PRECI TRAY kan härdas i all UV- och halogenljusutrustning. Basplattorna levereras i en återanvändbar ljusskyddslåda somkan användas som en behållare för transport eller förvaring av modeller etc.

Indikationer
- Individuella brickor

Kontraindikationer
Materialet innehåller metakrylater.
Använd inte på patienter som är allergiska mot metakrylater eller andra ämnen i produkten

Prestandaegenskaperna på produkten
PRECI TRAY polymeriserar med ljus för att bildaen fast och kompakt polymerisat.

Särskilda försiktighetsåtgärder
Undvik all ögonkontakt och hudkontakt med det härdade materialet, inklusive det inhiberadeskiktet.
Använd en suganordning på grund av dammbildning vid slipning!

Förberedelse/tillverkning
- Markera konturerna för den framtida brickan på modellen.
- Blockera underskärningsområden påmodellen.
- Som platshållare för avtrycksmaterialet, blockera hela modellen (t.ex. med arkvax)och klipp ut stoppen.
- Om gipset är mycket torrt, blötlägg model lenkort eller använd en modellisolering eller alginatisolering.
- Ta bort bottenplattan från burken och stängburken igen.
- Anpassa bottenplattan till den blockeradegipsmodellen och skär t.ex. i önskad form med en skalpell.
- Forma ett grepp från resterna av bottenplattan och fäst det på brickan.
- Placera brickan med modellen i en lättanordning och härd utan vakuum.
- Ta bort brickan från modellen och polymerisera igen från undersidan.
- Använd alkohol för att ta bort smetlagret närdu polymeriserar utan vakuum.

Tider:
Bearbetning i dagsljus 20 minuter

Polymerisering i UV- eller halogenljusanordnin-gar, beroende på enhet:
Översida med modell 3-5 minuter
Undersida utan modell 3-5 minuter

Utarbetning:
- Utarbeta den individuella brickan med hårdmetallborrar och jämna ut den medsandpapper.

Hygien:
Placera avformningar i en desinficeringslösning baserad på glutaraldehyd med enskilda PRECI TRAY brickor. Varaktigheten beror på respektive tillverkares information.

Den färdiga medicinska produkten används av tandläkaren, t.ex. för enskilda brickor med avtrycksmaterial.

Var försiktig
Produkten har utvecklats för användning inom tandvården och måste användas i enlighet med bruksanvisning. Tillverkaren tar inget ansvarför skador som uppstår på grund av annan användning. Dessutom är användaren ansvarigför att kontrollera materialet innan det används för lämplighet och möjlig användning för avsedda ändamål, särskilt om dessa inte listas i bruksanvisning.

Biverkningar
Det finns inga kända oönskade biverkningar.

Interaktioner
En interaktion mellan produkten med andra medicinprodukter, läkemedel eller andra ämnen är inte känd.

Förvaring
Produkten ska förvaras mellan 0°C och 22°C.

Tekniska data
Böjhållfasthet min 130 N/mm2

Minsta hållbarhetstid
Använd inte PRECI TRAY efter utgångsdatum.

Varianter
Mall för överkäke

REF 890-1000 rosa, 50 styck
REF 890-1010 blå, 50 styck
REF 890-1020 natur, 50 styck

Avfallshantering
Ohärdat material kan polymeriseras med ljus (solljus eller artificiellt ljus) och sedan kasserassom plastavfall.

Alla allvarliga incidenter som har inträffat i samband med produkten måste rapporteras tilltillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

fi

PRECI TRAY

Käyttöohjeet

Potilaskohderyhmä
Kaikki henkilöt, joiden hoitoon tarvitaan yksilöllisiä lusikoita.

Suunniteltu käyttäjä
Hammaslääkäri

Koostumus, kvalitatiiviset tiedot:
Oligomeeri uretaaniakrylaatti, vinylesterihartsi, 2,2 Dimetoksi-1,2-difenyylietaani-1-on tai 2,2 Dimetoksi-2-fenyyliasetofenoni, (+-)-2,3-diokso-1,7,7-trimehyyli-bisyklo-(2,2,1)-heptaani di-bornaani-2,3 dioni, difenyyli(2,4,6-trimetyyli- bentsoyyli)fosfinoksidi, 2-hydroksi-2-metyyli-1-fe- nyylipropaani-1-on, 2-etyyliheksyyli-4-(dimetyyli- amiini) bentsoaatti, 2,2 Dietoksiasetofenoni, natronkalkkilasi, amorfinen piihappo, väriaineet (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 =CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = C. I. 73900), makuaineet (Optamint).

Kvantitatiiviset tiedot:
100 g sisältää 19 g akrylaattia/metaaniakrylaattia ja 80 g lasia.

Tuotteen tarkoituksen määritys
PRECI TRAY on valokovettuva lusikkamateriaa-li esivalmistettujen pohjalevyjen muodossa. Siitä valmistetaan vääntymättömiä yksilöllisiä jäljennöslusikoita, purentamalleja ja muita indikaatioita. PRECI TRAY voidaan kovettaa kaikissa UV- ja halogeenivalolaitteissa.
Pohjalevyt toimitetaan uudelleenkäytettävässä valosuojatussa purkissa, jota voidaan käyttää kuljetussäiliönä tai mallien varastointiin jne.

Indikaatiot
- Yksilölliset lusikat

Kontraindikaatiot
Materiaali sisältää metakrylaattia.
Ei saa käyttää potilailla, jotka ovat allergisia metakrylaatille tai muille tuotteen sisältämilleaineille.

Tuotteen ominaisuudet
PRECI TRAY polymerisoituu valon vaikutuksestalujaksi ja tiiviiksi polymerisaatiksi.

Erityiset varotoimenpiteet
Vältä aina kovettumattoman materiaalin, myös inhibioidun kerroksen, joutumista silmiin tai iholle. Koska hionnassa muodostuu pölyä, käytä imuria.

Valmistelu/Valmistus
- Piirrä tulevan lusikan ääriviivat malliin.
- Muotoile allemenevät osat malliin.
- Muotoile koko malli (esim. levyvahalla) muotoilumassan tueksi ja leikkaa siihen pysäytyskohtia.
- Jos kipsi on hyvin kuivaa, kastele malliahieman tai käytä mallieristettä tai alginaattieristettä.
- Ota pohjalevy purkista ja sulje purkki. Asettele pohjalevy muotoillun kipsimallin päälle ja leikkaa se haluttuun muotoon esim.skalpellilla.
- Muodosta lopusta pohjalevystä kahva ja liitäse lusikkaan.
- Pane lusikka mallin kanssa valolaitteeseen jaanna sen kovettua ilman tyhjiötä.
- Ota lusikka mallista ja polymerisoi se vieläalapuolelta.
- Kun polymerisointi tapahtuu ilman tyhjiötä,poista tahrakerros alkoholilla.

Ajat:
Työstäminen päivänvalossa 20 minuuttia

Polymerisointi UV- tai halogeenivalolaitteissa,laitteesta riippuen:
Yläpuoli mallin kanssa 3-5 minuuttia
Alapuoli ilman mallia 3-5 minuuttia

Viimeistely:
- Viimeistele yksilöllinen lusikka kovametallijyrsi- millä ja hio hiekkapaperilla.

Hygienia:
Pane jäljennökset ja yksilölliset PRECI TRAY –lusikat desinfioivaan, glutaraalidehydipohjai- seen nesteeseen. Kesto määräytyy valmistajanohjeiden mukaan.

Valmista hammasteknistä tuotetta käyttää hammaslääkäri, esim. yksilöllisiin lusikoihin muotoilumateriaalin avulla.

Varoitus
Tuote on kehitetty hammashoitoa varten ja sitäon käytettävä käyttöohjeiden mukaan.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat, jos tuotetta käytetään muulla tavalla. Tämän lisäksi käyttäjä on velvollinen tutkimaan ennen materiaalin käyttöä omalla vastuullaan, sopiiko se haluttuun tarkoitukseen jaonko sitä mahdollista käyttää siihen, erityisesti jossitä ei mainita käyttöohjeessa.

Sivuvaikutukset
Ei-toivottuja sivuvaikutuksia ei ole tiedossa.

Yhteisvaikutukset
Tuotteen vuorovaikutusta muiden lääketieteellis-ten tuotteiden, lääkkeiden tai muiden aineiden kanssa ei tunneta.

Säilytys
Tuote tulee säilyttää 0 - 22 °C:ssa.

Tekniset tiedot
Vääntölujuus väh. 130 N/mm2

Säilyvyys
Älä käytä PRECI TRAYa viimeisenkäyttöpäivän jälkeen.

Versiot
Yläleuan sapluuna

REF 890-1000 vaaleanpun., 50 kpl
REF 890-1010 sininen, 50 kpl
REF 890-1020 luonnonvär., 50 kpl

Hävittäminen
Kovettumaton materiaali voidaan polymerisoida valossa (päivänvalossa tai keinotekoisessa valossa) ja hävittää sitten muovijätteen kanssa.

Kaikki tuotteeseen liittyvät vakavat tapaukset onilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion asianomaiselle virastolle, jossa käyttäjä ja/tai potilas on kirjoilla.

pt

PRECI TRAY

Manual de instruções

Grupo-alvo de pacientes
Todas as pessoas para cujo tratamento são necessárias moldeiras.

Utilizador previsto
Dentista

Informações qualitativas sobre a composição:
Acrilato de uretano oligómero, resina vinil-éster, 2,2-dimetoxi-1,2-difeniletano-1-ona ou um 2,2-dimetoxi-2-fenilacetofenona, (+-)-2,3-dioxo-1,7,7-trimetilbiciclo-(2,2,1)-heptano di-Bornan-2,3 diona, óxido de difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina, 2-hidroxi-2-metil-1-fenilpro- pan-1-ona, benzoato de 2-etilhexil-4-(dimetila- mino), 2,2 dietoxiacetofenona, vidro sodo-cálcico, ácido silícico amorfo, corantes (Pigment Red 146 = CI 12485/Pigment Blue 29 = CI 77007/D&C Red 30 = CI 73360/Pigment Blue CI 74160/Pigment Violet 19 = C.I. 73900), aromatizantes (Optamint).

Informações quantitativas:
100 g de produto contêm 19 g de acrilatos/metacrilatos e 80 g de vidro.

Finalidade do produto
PRECI TRAY é um material para moldeira fotopolimerizável, sob a forma de placas-base pré-fabricadas, para a produção de moldeirasde impressão individuais e resistentes a torção, modelos de oclusão e outras indicações.
PRECI TRAY pode ser fotopolimerizado em todos os aparelhos de luz UV e halógena. As placas-base são fornecidas numa caixa à prova de luz reutilizável, que pode ser utilizadacomo recipiente para transporte ou para armazenamento de modelos, etc.

Indicações
- Moldeira individual

Contraindicações
O material contém metacrilatos.
Não utilizar em pacientes com alergia a metacrilatos ou a outras substâncias presentesno produto.

Características do produto
PRECI TRAY torna-se, após a fotopolimeri-zação, num polímero sólido e compacto.

Medidas preventivas especiais
Evite qualquer contacto dos olhos e da pele com o material no estado não polimerizado,incluindo com a camada de inibição.
Devido à formação de poeiras durante a retificação, utilize aspiração!

Preparação/aplicação
- Marcar os contornos da futura moldeira no modelo.
- Tapar as áreas retentivas no modelo.
- Como espaçador para a massa de moldagem, tapar o modelo completo (porexemplo, com placa de cera) e cortar as bordas.
- Caso o gesso esteja muito seco, molhar brevemente o modelo com água ou utilizarum separador para modelos ou separador de alginato.
- Retirar a placa-base da caixa e voltar afechar a caixa.
- Adaptar a placa-base ao modelo de gessotapado e cortar na forma pretendida, por exemplo, com um bisturi.
- Formar uma pega com o resto da placa-base e colocar na moldeira.
- Colocar a moldeira com o modelo num aparelho fotopolimerizador e polimerizar semvácuo.
- Retirar a moldeira do modelo e voltar apolimerizar a parte inferior.
- Se a polimerização tiver sido realizada semvácuo, utilizar álcool para remover a camada residual ("smear layer").

Tempos:
Processamento com luz diurna20 minutos

Polimerização em aparelhos de luz UV ouhalógena, consoante o aparelho:
Parte superior com modelo 3-5 minutos
Parte inferior sem modelo 3-5 minutos

Retificação:
- Retificar a moldeira individual com brocas de carboneto e alisar com lixa de papel.

Higiene:
Colocar as impressões com moldeiras individuais em PRECI TRAY numa solução desinfetante à base de glutaraldeído. O tempode imersão é determinado pelas indicações correspondentes do fabricante.

O dispositivo médico acabado é utilizado pelo dentista, por exemplo, para moldeiras individuais com material de impressão.

Advertência
O produto foi desenvolvido para utilização na área da medicina dentária e tem de ser utilizado em conformidade com o manual de instruções. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes de qualquer outra utilização. Além disso, o utilizador tem a obrigação de inspecionar o material, sob a sua própria responsabilidade e antes da respetiva aplicação, quanto à sua adequação e possibilidade de utilização paraas finalidades previstas, sobretudo quando estas não estão mencionadas no manual de instruções.

Efeitos secundários
Não são conhecidos efeitos secundários indesejáveis.

Interações
Não se conhece qualquer interação do produto com outros produtos médicos, medicamentos ou outras substâncias.

Armazenamento
O produto deve ser armazenado entre 0°C - 22°C.

Dados técnicos
Resistência à flexão mín. 130 N/mm2

Data de validade mínima
Não utilizar PRECI TRAY após o prazo devalidade.

Variantes
Molde do maxilar superior

REF 890-1000 rosa, 50 unidades
REF 890-1010 azul, 50 unidades
REF 890-1020 natural, 50 unidades

Eliminação
O material não endurecido pode ser fotopolimerizado (com luz solar ou luz artificial) e posteriormente eliminado como resíduo plástico.

Todos os incidentes graves ocorridos relacionados com o produto devem ser comunicados ao fabricante e à autoridadecompetente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o paciente está sediado.

cs

PRECI TRAY

Návod k použití

Cílová skupina pacientů
Všechny osoby, k jejichž ošetření jsou zapotřebí individuální lžíce.

Předpokládaný uživatel
Zubní lékař

Složení a kvalitativní údaje:
Oligomerní uretan akrylát, vinylesterová pryskyřice, 2,2 dimethoxy-1,2-difenylethan-1-onnebo o 2,2 dimethoxy-2-fenylacetofenon, (+-)-2,3-dioxo-1,7,7-trimethylbicyklo-(2,2,1)-hep- tan di-bornan-2,3 dion, difenyl(2,4,6-trimethyl- benzoyl) fosfin-oxid, 2-hydroxy-2-methyl-1-fe- nyl-propan-1-on, 2-ethylhexyl-4-(dimethyla- mino)benzoát, 2,2 diethoxyacetofenon, sodnovápenaté sklo, amorfní kyselina křemičitá, barviva (červený pigment 146 = CI 12485 / modrý pigment 29 = CI 77007 / D&C červeň 30 =CI 73360 / modrý pigment CI 74160 / fialový pigment 19 = C.I. 73900), aromatické látky (optamint).

Kvantitativní údaje:
Ve 100 g je obsaženo 19 g akrylátu/metakrylátu a 80 g skla.

Určený účel **použití výrobku**
PRECI TRAY je na světle tvrdnoucí lžícový materiál ve tvaru prefabrikovaných bazálních destiček k výrobě individuálních otiskovacích lžic, skusových šablon a jiných indikací, které musí být tuhé při zkroucení. PRECI TRAY lze vytvrdit ve všech UV a halogenových světelnýchzařízeních. Bazální destičky se dodávají v uzavíratelné dóze chránící před světlem, kterou je možné používat jako zásobník k přepravě nebo ke skladování modelů atd.

Indikace
- Individuální lžíce

Kontraindikace
Materiál obsahuje metakrylát.
Nepoužívejte u pacientů s alergií na metakrylátynebo jiné látky obsažené ve výrobku.

Funkční vlastnosti výrobku
PRECI TRAY vlivem světla polymerizuje, čímžvzniká pevný a kompaktní polymerizát.

Zvláštní preventivní opatření
Zabraňte jakémukoli kontaktu nevytvrzeného materiálu, a tedy i inhibované vrstvy, s očima apokožkou. Kvůli tvorbě prachu při obrušování používejte odsávací zařízení!

Příprava/výroba
- Obrysy budoucí lžíce nakreslete na model.
- Pod sebe jdoucí místa na modelu blokově vyřaďte.
- Jako mezerník pro otiskovací hmotu celýmodel vyblokujte (např. destičkovým voskem) a vyřežte zastavovače.
- V případě velmi suché sádry model krátcenamočte do vody, nebo použijte izolaci modelů nebo alginátovou izolaci.
- Bazální destičku vyberte z dózy a dózu opětuzavřete.
- Bazální destičku upravte na vyblokovaném sádrovém modelu a např. skalpelem vyřežtedo požadovaného tvaru.
- Ze zbytků bazální destičky vytvarujte rukojeť a nasaďte ji na lžíci.
- Lžíci s modelem vložte do světelného zařízení a vytvrďte bez vakua.
- Lžíci sundejte z modelu a ze spodní stranyještě jednou polymerizujte.
- Při polymerizaci bez vakua použijte kodstranění mazlavé vrstvy alkohol.

Časy:
Zpracování za denního světla 20 minut

Polymerizace v UV nebo halogenových světelných zařízeních, v závislosti na zařízení:
Vrchní strana s modelem 3–5 minut
Spodní strana bez modelu 3–5 minut

Zpracování:
- Individuální lžíci obruste frézami z tvrdéhokovu a vyleštěte smirkovým papírem.

Hygiena:
Otisky s individuálními lžícemi z materiálu PRECI TRAY vložte do dezinfekčního roztoku na bázi glutaraldehydu. Doba ponechání v roztoku se řídí příslušnými údaji výrobce.

Hotový zdravotnický výrobek používá zubnílékař, a to např. pro individuální lžíce s otiskovacím materiálem.

Pozor
Výrobek byl vyvinut k použití v oblasti zubního lékařství a musí být používán podle návodu k použití. Za škody, které vzniknou v důsledku jiného použití, výrobce neručí. Navíc má uživatelpovinnost materiál před jeho použitím na vlastní odpovědnost zkontrolovat z hlediska jeho vhodnosti a možnosti použití pro uvedené účely,především pokud nejsou uvedeny v návodu k použití.

Vedlejší účinky
Nechtěné vedlejší účinky nejsou známé.

Interakce
Interakce výrobku s jinými zdravotnickými výrobky, léky a jinými látkami nejsou známé.

Skladování
Výrobek by měl být skladován při teplotě 0 °C - 22 °C.

Technické údaje
Pevnost v ohybu min. 130 N/mm2

Minimální trvanlivost
PRECI TRAY nepoužívejte po uplynutí dataexspirace.

Varianty
Šablona na horní čelist

REF 890-1000 růžová, 50 ks
REF 890-1010 modrá, 50 ks
REF 890-1020 přírodní, 50 ks

Likvidace
Nevytvrzený materiál můžete nechat polymerizovat světlem (na slunečním světle nebo umělém světle) a potom zlikvidovat jakoplastový odpad.

Všechny závažné události, které se vyskytly v souvislosti s tímto výrobkem, je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu, kde má své sídlo/ místo pobytu uživatel a/nebopacient.

pl

PRECI TRAY

Instrukcja użytkowania

Grupa docelowa pacjentów
Wszystkie osoby, które wymagają do leczeniałyżki indywidualnej.

Przewidywany użytkownik
Stomatolog

Zestawienie informacji jakościowych: Oligomeryczny akrylan uretanu, żywica winyloestrowa, 2,2 Dimetoksy-1,2-difenyloetan-1-on lub zbliżony 2,2 Dimetoksy-2-fenyloacetofenon, (+-)-2,3-Diokso-1,7,7-trimetyl-bicyklo-(2,2,1)-heptan di-Bornan-2,3 dion, tlenek difenylo(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny, 2-Hydroksy-2-metylo-1-fenylo-propan-1-on, 2-etyloheksylo-4-(dimetyloamino)benzoesan, 2,2 Acetofenon dietylu, szkło sodowo-wapnio- we, krzemionka amorficzna, barwniki (pigment czerwony 146 = CI 12485 / pigment niebieski 29 = CI 77007 / D&C czerwony 30 = CI 73360 / pigment niebieski CI 74160 / pigment fioletowy19 = C.I. 73900), substancje zapachowe (Optamint).

Informacje ilościowe:
W 100 g znajduje się 19 g akrylanów/metak-rylanów i 80 g szkła.

Przeznaczenie produktu
PRECI TRAY to światłoutwardzalny materiał w formie prefabrykowanych płytek bazowych, dowytwarzania odpornych na skręcanie, indywidualnych łyżek wyciskowych, szablonów zgryzowych i do innych wskazań. Materiał PRECI TRAY można utwardzać we wszystkich urządzeniach emitujących światło UV i halogenowe. Płytki bazowe dostarczane są w przetworzonym pojemniku chroniącym przed światłem, który można wykorzystać jako kontener do transportu lub przechowywania modeli itd.

Wskazania
- Łyżka indywidualna

Przeciwwskazania
Materiał zawiera metakrylan.
Nie stosować w przypadku pacjentów z alergiąna metakrylany lub inne substancje zawarte w produkcie.

Cechy produktu zapewniające właściwy efekt
Materiał PRECI TRAY polimeryzuje za pomocą światła tworząc stały i kompaktowy polimeryzat.

Specjalne środki **zapobiegawcze**
Unikać wszelkiego kontaktu oczu i skóry z materiałem nieutwardzonym, czyli też z warstwąhamującą.
Podczas szlifowania powstaje pył, dlatego należy stosować urządzenie odsysające!

Przygotowanie/wytworzenie
- Przy modelu obrysować kontury przyszłej łyżki.
- Zablokować zachodzące pod siebie obszaryna modelu.
- Aby zapewnić miejsce dla masy wyciskowej, zablokować cały model (dociskając do niego np. płytkę woskową) i wyciąć stopery.
- W przypadku bardzo suchego gipsu przez krótki czas namaczać model w wodzie lub zastosować izolację modelową bądź alginową.
- Wyjąć płytkę bazową z pojemnika i zamknąćgo.
- Płytkę bazową dopasować na zablokowa-nym modelu gipsowym i wyciąć pożądanykształt np. za pomocą skalpela.
- Z resztek płytki bazowej uformować uchwyt idocze pić do łyżki.
- Umieścić łyżkę z modelem w urządzeniu emitującym światło i utwardzić bez próżni.Zdjąć łyżkę z modelu i ponownie polimeryzować od spodu.
- W przypadku polimeryzacji bez próżni do usunięcia warstwy mazistej użyć alkoholu.

Czas:
Obróbka przy świetle dziennym 20 minut

Polimeryzacja w urządzeniach emitujących światło UV lub halogenowe, w zależności odurządzenia:

Górna część z modelem 3-5 minut
Dolna część bez modelu 3-5 minut

Wykończenie:
- Wykończyć łyżkę indywidualną za pomocąfrezów karbidowych i wygładzić papierem ściernym.

Higiena:
Wyciskane łyżki indywidualne PRECI TRAY umieścić w roztworze dezynfekującym na bazie aldehydu glutarowego. Czas trzymania w roztworze jest uzależniony od określonych danych producenta.

Gotowy produkt medyczny jest wykorzystywany przez stomatologa np. jako łyżka indywidualna do materiału wyciskowego.

Ostrożnie
Produkt został opracowany do zastosowania w stomatologii i należy go stosować zgodnie z Instrukcja użytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które wynikły z powodu innego zastosowania. Ponadto użytkownik jest zobowiązany do kontroli materiału na własną odpowiedzialność przed jego użyciem pod kątem przydatności i możliwości użycia do przewidzianych celów, zwłaszcza gdy nie zostało to podane w Instrukcja użytkowania.

Działania uboczne
Nie są znane niepożądane działania uboczne.

Wzajemne oddziaływanie
Nie jest znane wzajemne oddziaływanie produktu z innymi produktami medycznymi, lekami lub innymi materiałami.

Przechowywanie
Produkt powinien być przechowywany w temperaturze 0°C - 22°C.

Dane techniczne
Wytrzymałość na zginanie min. 130 N/mm2

Data minimalnej trwałości
Nie używać materiału PRECI TRAY po upływieterminu ważności.

Wersje
Szablon – górna szczęka

REF 890-1000 różowy, 50 szt.
REF 890-1010 niebieski, 50 szt.
REF 890-1020 naturalny, 50 szt.

Utylizacja
Nieutwardzony materiał można polimeryzować za pomocą światła (światła słonecznego lub sztucznego) i następnie zutylizować jako odpadplastikowy.

Wszystkie związane z produktem ciężkie przypadki, które wystąpiły, należy zgłaszać producentowi i do odpowiedniego urzędu państwa członkowskiego, w którym mieszkaużytkownik i/lub pacjent.

YETI DENTAL

YETI Dentalprodukte GmbH
Industriestrasse 3
D-78234 Engen/Germany
Fon: +(49) 7733/9410-0
Fax: +(49) 7733/9410-22
www.yeti-dental.com
info@yeti-dental.com

dent a pharm Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9225-0
Fax: +(49) 4123/9225-48
www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de

22°C 0°C
Achtung
Warning
H 317
MD
CE Made in Germany

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
May cause an allergic skin reaction.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Può causare reazioni allergiche alla pelle.

04.04.23
2023-REV-017

et

PRECI TRAY

Kasutusjuhend

Patsientide sihtrühm
Kõik isikud, kelle ravimiseks on vaja eraldi kürette.

ettenähtud kasutaja
Hambaarst

Koostis Kvalitatiivsed andmed:
Oligomeerne uretaanakrülaat, vinüülestervaik, 2,2-dimetüüloksü-1,2-difenüületaan-1-on või 2,2-dimetoksü-2-fenüülatsetofenoon, (+-)-2,3-diokso-1,7,7-trimetüül-bitsüklo-(2,2,1)-heptaan di-bornan-2,3-dioon, difenüül(2,4,6-trimetüülbensoüül)fosfinoksiid, 2-hüdroksü-2-metüül-1-fenüül-propaan-1-on, 2-etüülheksüül-4-(dimetüülamino)bensoaat, 2,2-dietoksüatsetofenoon, lubi-naatronist klaas, amorfne ränihape, värvained (pigment punane 146 = CI 12485 / pigment sinine 29 = CI 77007 / D&C punane 30 = CI 73360 / pigment sinine CI 74160 / pigment violetne 19 = C.I. 73900), lõhna-ja maitseained (Optamint).

Kvalitatiivsed andmed:
100 g sisaldub 19 g akrülaate/metakrülaate ja 80 g klaasi.

Toote sihtotstarve
PRECI TRAY on valguskõvanev lusikamaterjal eelnevalt valmis pandud baasisplaatide kujul, mis on ette nähtud väändekindlate eraldi jäljendusikate ja hambumusvallide valmistamiseks ning muude näidustuste jaoks. PRECI TRAYt võib kõvastada mis tahes UV- ja halogeenahjudes. Baasisplaadid tarnitakse mitmekordselt kasutatavas valguse eest kaitsvaskarbis, mida saab kasutada mudelite jne transpordi- või ladustamismahutina.

Näidustused
- Eraldi küretid

Vastunäidustused
Materjal sisaldab metakrülaate. Metakrülaatide või muude toote sisalduvate materjalide vastu allergiliste patsientide mittekasutada.

Toote jõudlustunnused
PRECI TRAY polümeriseerub valguse toimel tugevaks ja kompaktseks polümerisaadiks.

Erilised ettevaatusabinõud
Vältige silmade ja naha mis tahes kokkupuudet kõvastumata materjali, st ka pärssiva kihiga. Tolmu tekkimise tõttu kasutage lihvimisel imurit!

Ettevalmistus/valmistamine
- Joonistage tulevase jäljendlusika kontuurid mudelile.
- Blokeerige kattuvad kohad mudelil.
- Jäljendmassi kohahoidjana tuleb blokeeri dakogu mudel (nt plaatvaha abil) ja lõigake stopid välja.
- Väga kuiva kipsi puhul tuleb mudelit veidiveega niisutada või kasutada mudeli isoleerimisvahendit või algina adiga isoleerimisvahendit.
- Võtke baasisplaat karbist välja ja sulgegekarp uuesti.
- Kohandage baasisplaat blokeeritud kipsimudeliga ja lõigake nt skalpelli abilsoovitud kujule.
- Baasisplaadi jäädikest valmistage sang jakinnitage lusika peale.
- Sisestage lusikas koos mudeliga valguskõ-vastavasse ahju ja kõvastage ilma vaakumita.
- Eemaldage lusikas mudelilt ja polümeri seeri-ge veelkord alt.
- Vaakumita polümeriseerimise korral ka sutageeemaldamiseks alkoholist määrdekihti.

Ajad:
Töötlemine päevavalguses 20 minutit

Polümeriseerimine UV- või halogeenahjudes olenevalt ahjust:
ülemine külg koos mudeliga 3–5 minutit
alumine külg ilma mudelita 3–5 minutit

Vormimine:
- vormige individuaalset lusikat kõvametalli freesiga ja lihvige liivapaberiga.

Hügieen:
asetage jäljendid koos individuaalsete PRECI TRAY lusikatega desinfiteerimislahusesse, mis on valmistatud glutaaraldehüüdist. Kestus oleneb vastavatest tootja juhistest.

Valmis meditsiinitoodet kasutab hambaarst, nt individuaalsete lusikate jaoks koos jäljendimaterjaliga.

Ettevaatust
Toode on välja töötatud hambaravivaldkonnas kasutamiseks ja seda tuleb kasutada kasutusjuhiste kohaselt. Kahjude eest, mis on tekkinud muu kasutuse tulemusel, tootja ei vastuta. Lisaks on kasutaja kohustatud oma vastutusel kontrollima materjali sobivust ja kasutusvõimalusi ettenähtud kasutusotstarbe jaoks enne selle kasutamist, kui neid ei ole toodud kasutusjuhendis.

Kõrvaltoimed
Ebasoovitavad kõrvaltoimed ei ole teada.

Koostoimed
Toote koostoime teiste meditsiinitoodete, ravimite või muude ainetega ei ole teada.

Säilitamine
Toodet tuleb säilitada vahemikus 0°C - 22°C.

Tehnilised andmed
Paindetugevus vähemalt 130 N/mm2

Säilitusaeg
PRECI TRAYt ei ole lubatud kasutada, kuisäilivusaeg on möödas.

Variandid
Ülalõuašabloon

REF 890-1000 roosa, 50 tk
REF 890-1010 sinine, 50 tk
REF 890-1020 looduslik, 50 tk

Käitlemine
Kõvastumata materjali saab polümeriseerida valgusega (päikesevalguse või tehisvalgusega)ja seejärel käidelda plastjäätmena.

Kõikidest seoses tootega tekkinud rasketest juhtumitest tuleb teavitada tootjat ja liikmesriigi, kus kasutaja ja/või patsient elavad, vastutavat asutust.

lv

PRECI TRAY

Lietošanas instrukcija

Pacientu mērķa grupa
Piemērots visiem pacientiem, kuru ārstēšanai nepieciešamas individuālas nospieduma karotes.

Paredzētais lietotājs
Zobārsts

Sastāva kvalitātes dati:
Oligomērisks uretāna akrilāts, vinila estera sveķi, 2,2 dimetoksi-1,2-difeniletāna-1-ons vai -ums 2,2 dimetoksi-2-fenilacetofenons, (+-)-2,3-diokso-1,7,7-trimehil-biciklo-(2,2,1)-heptāna di-Bornan-2,3 dions, difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfinoksīds, 2-hidroksi-2-metil-1-fenil-propān-1-ons, 2-etilheksil-4-(dimetilamino)benzoāts, 2,2 dietoksiacetofenons, nātrijkaļķa stikls, amorfa silīcijskābe, krāsvielas (sarkanais pigments 146 = CI 12485 / zilais pigments 29 = CI 77007 / D&C sarkanais 30 = CI 73360 / zilais pigments CI 74160 / violetais pigments 19 = CI 73900), aromatizētāji (Optamint).

Kvantitātes dati:
100 g izstrādājuma saturā ir 19 g acetāta/metakrilāta un 80 g stikla.

Paredzētais izstrādājuma izmantošanas veids
PRECI TRAY ir gaismā sacietināms nospieduma karošu materiāls iepriekšēji sagatavotubāzes plākšņu veidā, ko lieto, lai izveidotu cietas individuālās nospieduma karotes, sakodiena šablonus un izmantotu arī citu indikāciju gadījumā. PRECI TRAY var sacietināt ar visu veidu UV un halogēna gaismasavotiem. Bāzes plāksnes tiek piegādātas vairākkārt izmantojamā gaismnecaurlaidīgā iepakojumā, ko izmanto kā transportēšanas konteineru vai modeļu glabāšanai u. c.

Indikācijas
- Individuālas nospieduma karotes

Kontrindikācijas
Šis materiāls satur metakrilātu.
Nelietojiet pacientiem ar alerģiju pret metakrilātu vai citām izstrādājuma sastāvā esošajām vielām.

Izstrādājuma īpašības
PRECI TRAY polimerizējas gaismā par cietu un kompaktu polimerizātu.

Īpaši **piesardzības pasākumi**
Izvairieties no jebkādas nesacietējuša materiāla (arī inhibēta slāņa) saskares ar acīm un ādu. Putekļu rašanās dēļ, kad slīpējat, izmantojiet nosūkšanas sistēmu!

Sagatavošana/izgatavošana
- Uz modeļa uzzīmējiet veidojamās nospieduma karotes kontūras.
- Nostipriniet modeļa apakšējās zonas.
- Lai formējamais materiāls turētos vietā,nostipriniet visu modeli (piem., ar vaskaplāksni) un apgrieziet malas.
- Ja ģipsis ir ļoti sauss, īslaicīgi samitriniet modelivai izmantojiet modeļa izolāciju vai algināta izolāciju.
- Bāzes plāksni izņemiet no iepakojuma unaizveriet iepakojumu.
- Bāzes plāksni uzlāgojiet uz ģipša modeļa un,piem., ar skalpeli nogrieziet vajadzīgajā formā.
- No bāzes plāksnes atliekām izveidojiet tver ekliun pievienojiet nospieduma karotei.
- Nospieduma karoti kopā ar modeli apstarojiet, izmantojot gaismas avotu, unsacietiniet to bez vakuuma.
- Nospieduma karoti izņemiet no modeļa un noapakšas vēlreiz polimerizējiet.
- Ja polimerizējat bez vakuuma, tad smēr vielasslāņa noņemšanai izmantojiet spirtu.

Laiks:
Apstrāde dienas gaismā 20 minūšu laikā

Polimerizācija ar UV vai halogēna gaismas avotiem – atkarībā no ierīces:
Augšpuse ar modeli 3-5 minūtes
Apakšpuse bez modeļa 3-5 minūtes

Apstrāde:
- Individuālo nospieduma karoti apstrādājiet ar cietsakausējuma frēzēm un nogludiniet ar smilšpapīru.

Higiēna:
Formas ar individuālajām PRECI TRAY nospieduma karotēm ielieciet dezinficējošāšķīdumā uz glutāraldehīdu bāzes. Ilgums ir atkarīgs no attiecīgajiem ražotāja datiem.

Lietošanai sagatavoto medicīnas ierīci izmanto zobārsts, piem., lai izgatavotu individualizētas nospieduma karotes ar formējamo materiālu.

Ievērojiet piesardzību!
Šis izstrādājums ir paredzēts izmantošanai zobārstniecībā un ir jāizmanto saskaņā ar lietošanas instrukciju. Ražotājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, ko rada citāda lietošana. Turklāt lietotājam, pašam uzņemoties par to atbildību, pirms lietošanas ir jāpārbauda materiāla piemērotība un izmantošanas iespēja paredzētajiem mērķiem, it īpaši, ja tie nav norādīti lietošanas instrukcijā.

Blaknes
Nav zināms par nevēlamām blaknēm.

Mijiedarbība
Produkta mijiedarbība ar citām medicīnas ierīcēm, zālēm vai citām vielām nav zināma.

Uzglabāšana
Produkts jāuzglabā 0°C - 22°C temperatūrā.

Tehniskie dati
Lieces stiprība ne mazāka kā 130 N/mm2

Derīguma termiņš
Nelietojiet PRECI TRAY pēc derīguma termiņa beigām.

Varianti
Augšžokļa šablons

REF 890-1000 sārts, 50 gab.
REF 890-1010 zils, 50 gab.
REF 890-1020 bēšs, 50 gab.

Likvidācija
Nesacietējušu materiālu var polimerizēt ar gaismu (saules gaismu vai mākslīgo gaismu) un tad likvidēt kā plastmasas atkritumus.

Par visiem nopietniem atgadījumiem saistībā ar šo izstrādājumu ir jāinformē ražotājs un lietotāja **un/vai pacienta rezidences dalībvalsts atbildīgā iestāde.**

lt

PRECI TRAY

Naudojimo instrukcija

Tikslinė pacientų grupė
Visi asmenys, kuriems gydyti reikalingiindividualūs šaukštai.

Numatyti naudotojai
Odontologas

Sudėtis, kokybiniai duomenys:
Oligomerinis uretano akrilatas, vinilo esterio derva, 2,2 Dimetoksi-1,2-difeniletan-1-onas arba 2,2 dimetoksi-2-fenilacetofenonas, (+ -) - 2,3-diokso-1,7,7-trimetil-biciklo- (2,2,1) -heptanas, di-bornan-2,3-dionas, difenilas 2,4,6-trimetilbenzoil) fosfino oksidas, 2-hidroksi-2-metil-1-fenil-propan-1-onas, 2-etilheksil-4- (dimetilamino) benzoatas, 2,2 dietoksietacetofenonas, sodos-kalkių stiklas, amorfinis silicio rūgštis, dažikliai (raudonas pigmentas 146 = CI 12485 / mėlynas pigmentas 29 = CI 77007 / D&C raudonas 30 = CI 73360 / mėlynas pigmentas CI 74160 / violetinis pigmentas 19 = CI 73900), kvapiosios medžiagos(„Optamint").

Kokybiniai duomenys:
100 g produkto yra 19 g akrilatų / metakrilatų ir 80 g stiklo.

Numatytas produkto naudojimas
„PRECI TRAY" yra šviesoje kietėjanti šaukštų masė, pagaminta kaip iš anksto paruošta pagrindo plokštelė, skirta gaminti dideliо sukimostandumo atspaudų šaukštus, sąkandžio šablonus ir esant kitoms indikacijoms. „PRECI TRAY" galima sukietinti su visais UV ir halogeniniais šviesos prietaisais. Pagrindinės plokštelės pristatomos daugkartinio naudojimo nuo šviesos apsaugotoje dėžutėje, kuri gali būti naudojama kaip dėklas modeliams gabenti ar laikyti ir pan.

Indikacijos
- Individualūs šaukštai

Kontraindikacijos
Medžiagoje yra metakrilatų.
Negalima naudoti pacientams, kurie yra alergiški metakrilatams ar kitoms produkto sudėtyje esančioms medžiagoms.

Produkto savybės
„PRECI TRAY" polimerizuojasi paveiktos šviesosir susidaro vientisas ir kompaktiškas polimeras.

Specialiosios profilaktinės priemonės
Venkite bet kokio akių ir odos kontakto su nesukietėjusia medžiaga, įskaitant slopinamąsluoksnį. Šlifuodami naudokite siurbimo įtaisą, kadangi susidaro dulkės!

Paruošimas / gamyba
- Ant modelio pažymėkite būsimo šaukšto kontūrus.
- Užfiksuokite modelio apipjovimo vietas.
- Visą modelį (pvz., vaško plokštele) paruoškiteatspaudo medžiagai uždėti ir išpjaukite įsispaudusias vietas.
- Itin sauso gipso atveju trumpai modelį šiek tieksudrėkinkite vandeniu arba naudokite modelio izoliaciją arba alginato izoliaciją.
- Nuimkite pagrindo plokštelę iš dėžutės ir vėluždarykite dėžutę.
- Pritaikykite pagrindo plokštę prie užfiksuo togipso modelio ir, pavyzdžiui, skalpeliu išpjaustykite norimą formą.
- Iš pagrindinės plokštelės likučių suformuo kiterankenėlę ir pritvirtinkite ją prie šaukšto.
- Įdėkite šaukštą su modeliu į šviesos prietaisą irsukietinkite režimu be vakuumo.
- Nuimkite šaukštą nuo modelio ir vėlpolimerizuokite iš apačios.
- Polimerizuodami be vakuumo, tepimosluoksniui pašalinti naudokite alkoholį.

Laikai:
Apdorojimas dienos šviesoje 20 min.

Polimerizacija UV ar halogeninių šviesų įtaisuose, atsižvelgiant į prietaisą:
Viršutinė pusė su modeliu 3-5 min.
Apatinė pusė su modeliu 3-5 min.

Parengimas:
- Individualų šaukštą užbaikite apdirbdami kieto metalo frezomis ir išlyginkite šlifavimo popieriumi.

Higiena:
Įdėkite atspaudus du individualiais „PRECI TRAY" šaukštais į dezinfekuojantį glutaraldehido bazės tirpalą. Trukmė priklauso nuo gamintojo specifikacijų.

Gatavą medicinos produktą naudoja odontologas, pvz., atskiriems šaukštams su atspaudo medžiaga.

Atsargiai
Produktas buvo sukurtas naudoti odontologijos srityje ir turi būti naudojamas pagal naudojimo instrukciją. Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl bet kokio kito naudojimo. Be to, vartotojas įsipareigoja, patikrinti medžiagos tinkamumą ir galimą naudojimą numatytiems tikslams prieš prieš ją naudodamas numatytiems tikslams, ypač jei jie nėra išvardyti naudojimo instrukcijose.

Šalutiniai **poveikiai**
Šalutiniai poveikiai nėra žinomi.

Sąveika su kitomis medžiagomis
Produkto sąveika su kitais medicinos produktais, vaistais ir kitomis medžiagomis nėra žinoma.

Laikymas
Produktas turi būti laikomas nuo 0 °C iki 22 °C temperatūroje.

Techniniai duomenys
Lenkimo stipris ne mažesnis kaip 130 N / mm2

Geriausias iki
Pasibaigus galiojimo laikui, „Plack Photo" nenaudokite.

Galimi variantai
Viršutinio žandikaulio šablonas

REF 890-1000 rožinis, 50 vnt.
REF 890-1010 mėlynas, 50 vnt.
REF 890-1020 natūralios spalvos, 50 vnt.

Šalinimas
Nesukietėjusią medžiagą galima polimerizuoti su šviesa (saulės ar dirbtine šviesa) ir tuomet išmesti kaip plastiko atliekas.

Apie visus rimtus su gaminiu susijusius incidentus reikia pranešti gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra registruotas vartotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

bg

PRECI TRAY

Ръководство за употреба

Целева група пациенти
Всички лица, за които са необходими индивидуални лъжици за лечението.

целеви потребител
Зъболекар

Състав качествени данни:
Олигомерен уретан акрилар, винилестерна смола, 2,2 диметокси-1,2-дифенилетан-1-он или приблизително 2,2 диметокси--2фенилацетофенон, +-)-2,3-диоксо-1,7,7-трихехил-бисикло -(2,2,1)-хептан ди-борнан-2,3 дион, дифенил(-2,4,6триметилбензоил)фосфиноксид, 2-хидрокси-2-метил-1-фенил-пропан-1-он, 2-етилхексил-4-(диметиламино)бензоат, 2,2 диетоксиацетофенон, калциево-натриево силикатно стъкло, силициев диоксид, оцветители (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = C.I. 73900), ароматни вещества (Optamint).

Количествени данни:
В 100 g се съдържат 19 g акрилати/метакрилати и 80 g стъкло.

Предназначение на продукта
PRECI TRAY е материал за лъжици, втвърдяващ се на светлина във формата на базис плаки, за производство на индивидуални, устойчиви на усукване отпечатъчни лъжици, зъбни отливки и други индикации. PRECI TRAY може да се втвърдява посредством всички ултравиолетови и халогенни осветителни уреди. Базис плаките се доставят в кутия, защитена от светлината и с възможност за повторна употреба, която е приложима катоконтейнер за транспортиране или за съхранение на модели и т.н.

Показания
- Индивидуални лъжици

Противопоказания
Материалът съдържа метакрилати.
Не прилагайте при пациенти с алергия към метакрилати или други съдържащи се в продукта вещества.

Характеристики на продукта
PRECI TRAY полимеризира на светлина дотвърд и компактен полимеризат.

Специални предпазни мерки
Избягвайте всякакъв контакт на очите и кожата с невтвърдения материал, също така и с инхибирания слой.
Използвайте аспирация поради образуването на прах при шлифоването!

Подготовка/производство
- Отбележете контурите на бъдещата лъжица върху модела.
- Запълнете задържащите участъци намодела.
- Запълнете (напр. с восък) целия модел като скоби за зъбните отливки и изрежетена местата, където се прекъсва.
- При много сух гипс за кратко намокретемодела или използвайте изолация за модела или алгинатна изолация.
- Извадете базис плаката от кутията изатворете отново кутията.
- Приспособете базис плаката към запълнения с гипс модел и изрежете напр.със скалпел в желаната форма.
- Оформете от остатъците на базисплаката дръжка и я прикрепете за лъжицата.
- Поставете лъжицата с модела в осветителния уред и втвърдяването дастане без вакуум.
- Махнете лъжицата от модела и полимеризирайте още веднъж от долнатастрана.
- При полимеризация без вакуум използвайте алкохол за отстраняването насмазочното средство.

Времена:
Преработване на дневна светлина
20 минути

Полимеризация в ултравиолетови или халогенни осветителни уреди, според уреда:
Горна страна с модел 3-5 минути
Долна страна без модел 3-5 минути

Изработване:
- Изработете индивидуалната лъжица чрез фрезоване на твърд метал и полирайте с абразивна хартия.

Хигиена:
Поставете отливките с индивидуалните лъжици PRECI TRAY в дезинфектиращ разтвор на основата на глутаралдехид. Продължителността се определя според съответните указания на производителя.

Готовия медицински продукт ще се използва от зъболекаря, напр. за индивидуални лъжицис материал за отливки.

Внимание
Продуктът е разработен за приложение в денталната област и трябва да се използва съгласно Ръководство за употреба. За щети, възникнали в резултата на употреба не по предназначение, производителят не носи отговорност. Освен това потребителят се задължава на своя отговорност да проверява материала преди неговото приложение за годност и възможната му употреба за предвидените цели, особено ако те не са посочени в Ръководство за употреба.

Странични ефекти
Не са известни нежелани реакции.

Странични ефекти
Не са известни нежелани реакции.

Взаимодействие с други лекарства
Не е известно взаимодействие на продукта с други медицински продукти, лекарства или други вещества.

Съхранение
Продуктът трябва да се съхранява при температура между °0C - °22C.

Технически характеристики
Якост на огъване мин. 130 N/mm2

Срок на годност
Не използвайте повече PRECI TRAY след изтичането на срока на годност.

Варианти
Шаблон за горна челюст

REF 890-1000 розов, 50 броя
REF 890-1010 син, 50 броя
REF 890-1020 натур, 50 броя

Отстраняване като отпадък Невтвърден материал може да се полимеризира със светлина (слънчева светлина или изкуствена светлина) и да се отстрани след това като пластмасов отпадък.

Всеки сериозен инцидент във връзка с продукта трябва да се доклада на производителя и на компетентния орган на държавата членка, в която потребителят и/или пациентът е установен.

el

PRECI TRAY

Οδηγίες χρήσης

Στοχευόμενη ομάδα ασθενών
Όλα τα άτομα για τη θεραπεία των οποίων απαιτείται η χρήση ατομικών δισκαρίων αποτύπωσης.

Προβλεπόμενοι χρήστες
Οδοντίατροι

Σύνθεση ποιοτικών στοιχείων:
Ολιγομερές ακρυλικής ουρεθάνης, βινυλεστερικές ρητίνες,-2,2διμεθοξυ-1,2-διφαινυλαιθάνιο-1-όνη ή αμίνη 2,2-διμεθοξυ-2-φαινυλακετοφαινόνη, (+-)-2,3-διοξο-1,7,7-τριμεθυλο-δικυκλο-(2,2,1)-επτα ν 2-βορνανόλη-2,3 διόνη, διφαινύλιο(-2,4,6τριμεθυλοβενζοΰλο)φωσφινοξείδιο, 2-υδροξυ-2-μεθυλο-1-φαινυλοπροπροπανόλη-1, 2-αιθυλεξύλιο-4-(διμεθυλαμινο)βενζοϊκό, 2,2-διαιθοξυακετοφαινόνη, γυαλί νατρασβέστου, άμορφο πυριτικό οξύ, χρωστικές ουσίες (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = C.I. 73900), αρωματικές ουσίες (Optamint).

Ποσοτικά στοιχεία:
100 γρ. προϊόντος περιέχουν 19 γρ. ακρυλικές/μεθακρυλικές ενώσεις και 80 γρ. ύαλο.

Προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος
Το PRECI TRAY είναι ένα υλικό δισκαρίων φωτοπολυμεριζόμενης ρητίνης σε μορφή προκατασκευασμένων πλακών βάσης για την παρασκευή ανθεκτικών στη στρέψη ατομικών δισκαρίων αποτύπωσης, αποτυπωμάτων σύγκλεισης και άλλων ενδείξεων. Το PRECI TRAY μπορεί να πολυμεριστεί σε όλες τις συσκευές φωτοπολυμερισμού με λυχνία UV ή αλογόνου. Οιπλάκες βάσης παραδίδονται σε ένα επαναχρησιμοποιήσιμο κουτί προστασίας από το φως, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δοχείο για τη μεταφορά ή αποθήκευση των εκμαγείων κ.λπ.

Ενδείξεις
- Ατομικά δισκάρια αποτύπωσης

Αντενδείξεις
Το υλικό περιέχει μεθακρυλικές ενώσεις.
Μην το χρησιμοποιείτε σε ασθενείς με αλλεργία στα μεθακρυλικά ή σε κάποιο άλλο από τα υλικά που περιέχονται στο προϊόν.

Χαρακτηριστικά απόδοσης του προϊόντος
Το PRECI TRAY πολυμερίζεται με φως και μετατρέπεται σε ένα στέρεο και συμπαγές προϊόν πολυμερισμού.

Ειδικά μέτρα προφύλαξης
Αποφεύγετε κάθε επαφή του μη πολυμερισμένου υλικού με τα μάτια και το δέρμα, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης αναστολής. Λόγω της δημιουργίας σκόνης κατά τον τροχισμό, χρησιμοποιείτε μία συσκευή αναρρόφησης!

Προετοιμασία/Παρασκευή
- Σχεδιάστε το περίγραμμα του μελλοντικούδισκαρίου επάνω στο εκμαγείο.
- Διαχωρίστε τις περιοχές με υποσκαφές στοεκμαγείο.
- Για τη συγκράτηση του αποτυπωτικού υλικού,διαχωρίστε ολόκληρο το εκμαγείο (π. χ. με κέρινα φύλλα) και αποκόψτε τις ανωμαλίες.
- Σε περίπτωση πολύ ξηρού γύψου, βρέξτε ελαφρώς το εκμαγείο ή χρησιμοποιήστε μονωτικό υλικό για εκμαγεία ή μονωτικό υλικόμε αλγινική βάση.
- Αφαιρέστε την πλάκα βάσης από το κουτί καικλείστε ξανά το κουτί.
- Προσαρμόστε την πλάκα βάσης στο διαχωρισμένο γύψινο εκμαγείο και κόψτε στο επιθυμητό σχήμα, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα ένα νυστέρι.
- Σχηματίστε μία λαβή από τα υπολείμματα της πλάκας βάσης και εφαρμόστε την στο δισκάριο.
- Τοποθετήστε το δισκάριο με το εκμαγείο σε μίασυσκευή φωτοπολυμερισμού και πολυμερίστεχωρίς κενό.
- Αφαιρέστε το δισκάριο από το εκμαγείο και πολυμερίστε και πάλι από την κάτω πλευρά.
- Κατά τον πολυμερισμό χωρίς κενό, χρησιμοποιήστε αλκοόλη για την αφαίρεσητης λιπαρής στρώσης.

Χρόνοι:
Επεξεργασία υπό το φως της ημέρας
20 λεπτά

Πολυμερισμός σε συσκευές με λυχνία UV ήαλογόνου, ανάλογα με τη συσκευή:
Επάνω πλευρά με εκμαγείο 5-3 λεπτά
Κάτω πλευρά χωρίς εκμαγείο 3-5 λεπτά

Επεξεργασία:
- Επεξεργαστείτε το ατομικό δισκάριο με φρέζες καρβιδίου και λειάνετε με σμυριδόχαρτο.

Υγιεινή:
Τοποθετήστε τα αποτυπώματα σε ένα απολυμαντικό διάλυμα με βάση τη γλουταραλδεΰδη. χρησιμοποιώντας ατομικά δισκάρια PRECI TRAY. Για τη διάρκεια βύθισης ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή.

Το τελικό ιατροτεχνολογικό προϊόν χρησιμοποιείται από τον οδοντίατρο π.χ. για ατομικά δισκάρια με αποτυπωτικό υλικό.

Προσοχή
Το προϊόν σχεδιάστηκε για χρήση στον οδοντιατρικό τομέα και πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από διαφορετική χρήση. Επιπλέον, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει με δική του ευθύνη την καταλληλότητα του υλικού και τη δυνατότητα χρήσης του για τους προβλεπόμενους σκοπούς πριν από τη χρήση του, ιδίως όταν αυτά δεν αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.

Παρενέργειες
Δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Αλληλεπιδράσεις
Δεν έχουν αναφερθεί αλληλεπιδράσεις του προϊόντος με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, φάρμακα ή άλλες ουσίες.

Αποθήκευση
Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεταξύ 0 °C και 22 °C.

Τεχνικά δεδομένα
Αντοχή στην κάμψη: τουλάχ. 130 N/mm2

Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από
Μην χρησιμοποιείτε το PRECI TRAY μετά την ημερομηνία λήξης.

Παραλλαγές
Πρότυπο καταγραφής δήξεως άνω γνάθου

REF 890-1000 ροζ, 50 τμχ
REF 890-1010 μπλε, 50 τμχ
REF 890-1020 φυσικό, 50 τμχ

Απόρριψη
Το μη πολυμερισμένο υλικό μπορεί να πολυμεριστεί με φως (ηλιακό φως ή τεχνητό φως) και στη συνέχεια να απορριφθεί με τα πλαστικό απορρίμματα.

Σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρών περιστατικών που σχετίζονται με το προϊόν, αυτά θα πρέπει να γνωστοποιούνται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης και/ή ο ασθενής.

hu

PRECI TRAY

Használati utasítás

Betegcélcsoport
Minden olyan személy, akinek a kezeléséreegyedi lenyomattálcákra van szükség.

Célfelhasználók
Fogorvosok

Összetétel, **kvalitatív adatok:**
oligomer uretán-akrilát, vinilésztergyanta, 2,2-dimetoxi-1,2-difeniletán-1-on vagy 2,2-dimetoxi-2-fenilacetofenon, (+-)-2,3-dioxo-1,7,7-trimetil-biciklo-(2,2,1)-heptán-di-bornán-2,3-dion, difenil-(2,4,6-trimetilbenzoil)-foszfinoxid, 2-hidroxi-2-metil-1-fenil-propán-1-on, 2-etilhexil-4-(dimetilamino)-benzoát, 2,2-dietoxiacetofenon, nátronmészüveg, amorf szilika, színezőanyagok (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / PigmentViolet 19 = C.I. 73900), aromaanyagok (Optamint).

Kvantitatív adatok:
100 g termék 19 g akrilátot/metakrilátot és 80 g üveget tartalmaz.

A termék rendeltetése
A PRECI TRAY fényre keményedő lenyomatR tálca-anyag, előre gyártott alaplemezek formájában, torzióval szemben ellenálló egyedi harapás-ellenőrző lenyomattálcák, fogsorsablonok előállításához és egyéb indikációkhoz. A PRECI TRAY mindenUV- és halogénfény-berendezésben kikeményíthető. Az alaplemezeket újrafelhasználható, fényvédett dobozban szállítjuk, amely konténerként modellek stb. szállításához vagy tárolásához is használható.

Javallatok
- Egyedi lenyomattálcák

Ellenjavallatok
Az anyag metakrilátokat tartalmaz.
Ne alkalmazza olyan betegeknél, akik allergiásak a metakrilátokra vagy a termékbentalálható egyéb anyagokra.

A termék teljesítményjellemzői
A PRECI TRAY fény hatására szilárd és kompakt polimerré alakul.

Speciális megelőző intézkedések
Kerülje a ki nem keményedett anyag (a gátolt réteget is beleértve) szembe jutását és bőrrel való érintkezését, beleértve a gátolt réteget is.A porképződés miatt csiszoláskor használjon elszívást!

Előkészítés/gyártás
- Jelölje meg a modellen a leendő lenyomattálca kontúrjait.
- Blokkolja a modell alá kerülő területeket.
- A lenyomatanyag helykitöltőjeként blok kolja az egész modellt (pl. lemezviasszal), és vágjaki az ütközőket.
- Ha nagyon száraz a gipsz, rövid ideig áz tassabe a modellt, vagy használjon modell- vagy alginátszigetelést.
- Vegye ki az alaplemezt a dobozból, majdzárja le újra a dobozt.
- Illessze az alaplemezt a blokkolt gipszmodellre, és például szikével vágja a kívánt formára.
- Formázzon egy fogantyút az alaplemez maradványaiból, és rögzítse a lenyomattálcához.
- Helyezze a lenyomattálcát a modellel együttegy fényberendezésbe, és vákuum nélkül keményítse ki.
- Vegye le a lenyomattálcát a modellről, ésalulról még egyszer polimerizálja.
- A vákuummentes polimerizáció során akenőréteg eltávolításához használ jon alkoholt.

Időtartamok:
Feldolgozás természetes fénynél 20 perc

Polimerizáció UV- vagy halogénfény-berendezésben, készüléktől függően:
Felső oldal a modellel 3-5 perc
Alsó oldal a modellel 3-5 perc

Kidolgozás:
- Az egyedi lenyomattálcát keményfém-marással dolgozza ki, éscsiszolópapírral csiszolja le.

Higiénia:
Helyezze a lenyomatokat az egyedi PRECI TRAY lenyomattálcákkal együtt glutáraldehid-bázisú fertőtlenítőoldatba. A művelet időtartama a gyártói utasításhoz igazodik.
A kész orvostechnikai eszközt a fogorvos például lenyomatanyagos egyedi lenyomattálcákhoz használja.

Vigyázat
A termék fogászati használatra lett kifejlesztve, és a használati utasításnak megfelelően kell használni. A gyártó az egyéb használatból eredő károkért nem vállal felelősséget. Ezen túlmenően a felhasználó köteles az anyagokat alkalmazásuk előtt saját felelősségére az előirányzott célra való alkalmasság tekintetébenmegvizsgálni, kiváltképpen akkor, ha erre a használati utasítás nem tér ki.

Mellékhatások
Nemkívánatos mellékhatások nem ismertek.

Kölcsönhatások
A terméknek más orvostechnikai eszközökkel, gyógyszerekkel vagy egyéb anyagokkal való kölcsönhatása nem ismert.

Tárolás
A termék 0 °C és 22 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.

Műszaki adatok
Hajlítószilárdság: min. 130 N/mm2

Szavatossági idő
Ne használja a PRECI TRAY terméket a lejárati idejének lejárta után.

Változatok
Felső állkapocs-sablon

REF 890-1000 rózsaszín, 50 darab
REF 890-1010 kék, 50 darab
REF 890-1020 natúr, 50 darab

Ártalmatlanítás
A nem keményedett anyag fénnyel (napfénnyel vagy mesterséges fénnyel) polimerizálható, majd műanyag hulladékkéntártalmatlanítható.

A termékkel kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményeket jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg letelepedési **helye szerinti tagállam illetékes hatóságának.**

hr

PRECI TRAY

Upute za upotrebu

Ciljna skupina pacijenata
Sve osobe za čiju su zubnu obradu potrebne individualne žlice.

predviđeni korisnici
Stomatolozi

Kvalitativni podaci o sastavu:
Uretanski akrilatni oligomer, vinilesterska smola, 2,2-dimetoksi-1,2-difeniletan-1-on ili um 2,2-dimetoksi-2-fenil-acetofenon, (+-)-2,3-diokso-1,7,7-trimetil-biciklo-(2,2,1)-heptan di-bornan-2,3 dion, difenil(2,4,6-trimetil benzoil) fosfin oksid, 2-hidroksi-2-metil-1-fenil-pro- pan-1-on, 2-etilheksil-4-(dimetilamino)benzoat, 2,2-dimetoksiacetofenon, natrij-kalcij-silikatno staklo, amorfni silicijev dioksid, bojila (crveni pigment 146 = CI 12485 / plavi pigment 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / plavi pigment CI 74160 / ljubičasti pigment 19 = C.I. 73900), arome (optamint).

Kvantitativni podaci:
100 g proizvoda sadrži 19 g akrilata/metakrilata i 80 g stakla.

Namjena proizvoda
PRECI TRAY® je materijal za izradu žlica koje polimeriziraju uz djelovanje svjetlosti, u obliku gotovih otisnih (baznih) pločica, za izradu individualnih žlica za otiske otpornih na uvijanje, zagrižnih šablona i ostalih indikacija. PRECI TRAY® može se stvrdnuti u svim polimerizaci- jskim UV ili halogenim uređajima. Otisne pločiceisporučuju se u višekratnoj kutiji sa zaštitom od svjetlosti, koja se može upotrebljavati kao posuda za transport ili skladištenje modela itd.

Indikacije
- Individualne žlice

Kontraindikacije
Materijal sadrži metakrilate.
Ne upotrebljavati kod pacijenata alergičnih na metakrilate ili druge tvari koje proizvod sadrži.

Značajke proizvoda
PRECI TRAY® uz svjetlost polimerizira u čvrst i kompaktan polimerizat.

Posebne mjere predostrožnosti
Izbjegavajte bilo kakav oblik kontakta nestvrdnutog materijala s očima ili kožom, čak iuz inhibicijski sloj.
Zbog nastanka prašine prilikom brušenja upotrebljavati usisnu napravu!

Priprema/izrada
- Na modelu ucrtati obrise buduće žlice.
- Blokirati udubljene dijelove na modelu.
- Kao zamjenu za materijal za oblikovanje blokirati čitav model (npr voskom uploČicama) i izrezati rubove.
- Ako je gips jako suh, model kratko navlažiti iliupotrijebiti izolaciju za model ili alginat. Izvaditi otisnu pločicu iz kutije i zatvoriti kutiju.
- Otisnu pločicu prilagoditi blokiranom gipsanom modelu i izrezati u željeni oblik, npr.skalpelom.
- Od ostataka otisne pločice oblikovati dršku ipričvrstiti je na žlicu.
- Žlicu s modelom postaviti u polimerizacijskiuređaj da se stvrdne bez vakuuma.
- Žlicu skinuti s modela i još jednompolimerizirati s donje strane.
- Kod polimerizacije bez vakuuma uklonitipremaz alkoholom.

Trajanje pripreme:
Priprema na dnevnoj svjetlosti 20 minuta

Polimerizacija u polimerizacijskim UV ili halogenim uređajima, ovisno o uređaju:
Gornja strana s modelom 3 – 5 minuta
Donja strana bez modela 3 – 5 minuta

Izrada:
- Individualnu žlicu izraditi pomoću glodalice od tvrdog metala i zagladiti brusnim papirom.

Higijena:
Kalupe s individualnim žlicama od materijala PRECI TRAY® uroniti u dezinfekcijsku otopinu na bazi glutaraldehida. Trajanje ovisi o uputama proizvođača.

Gotovi medicinski proizvod primjenjuje se u stomatologiji, npr. za individualne žlice s materijalom za oblikovanje (otisak).

Oprez
Proizvod je namijenjen za primjenu u području dentalne medicine i mora se upotrebljavati u skladu s uputama za upotrebu. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štete uzrokovane nenamjenskom primjenom. Osim toga, korisnik jeobvezan prije primjene samostalno provjeriti prikladnost i uporabljivost proizvoda za predviđene svrhe, posebice ako one nisu navedene u uputama za upotrebu.

Nuspojave
Neželjene nuspojave nisu poznate.

Interakcije
Interakcije proizvoda s drugim medicinskim proizvodima, lijekovima ili drugim tvarima nisu poznate.

Skladištenje
Proizvod treba čuvati na temperaturi od 0°C - 22°C.

Tehnički podaci
Otpornost na savijanje min. 130 N/mm2

Rok trajanja
PRECI TRAY® nemojte upotrebljavati nakonisteka roka trajanja.

Varijante
Kalup gornje čeljusti

REF 890-1000 ružičaste, 50 kom.
REF 890-1010 plave, 50 kom.
REF 890-1020 prirodna boja, 50 kom.

Zbrinjavanje
Nestvrdnuti materijal može se polimerizirati uz djelovanje svjetlosti (sunčeve ili umjetne) i zatim zbrinuti kao plastični otpad.

Sve značajne pojave povezane s proizvodompotrebno je prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelima države članice poslovnog nastana korisnika i/ili prebivališta pacijenta.

ro

PRECI TRAY

Manual de instrucţiuni

Grupul intă de pacien i
Toate persoanele pentru a căror tratare estenecesară o lingură de amprentă individuală.

Utilizatorul destinat
Medicul stomatolog

Compozi ie. Informa ii calitative:
Oligomeri de acrilat de uretan, rășină de vinilester, 2,2 dimetoxi-1,2-difeniletan-1-onă sau 2.2 dimetoxi-2-fenilacetofenonă, (+-)-2,3-dio-xo-1,7,7-trimeil-biciclo-(2,2,1)-heptan di-bornan-2,3 dionă, oxid de difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfină, 2-hidroxi-2-me- til-1-fenilpropan-1-onă, benzoat de 2-etilhexil-4-(dimetilamină), 2,2 dietoxiaceto- fenonă, sticlă calco-sodică, silice amorfă, coloranţi (Pigment Red 146 = CI 12485 / PigmentBlue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 /
Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = C.I.73900), substanţe aromatizante (Optamint).

Informa ii cantitative:
O cantitate de 100 g conţine 19 g acrilaţi/me-tacrilaţi şi 80 g sticlă.

Scopul prevăzut al produsului
PRECI TRAY este un material de lingură de amprentă cu fotopolimerizare, sub formă de plăci de bază prefabricate, pentru realizarea de linguri de amprentă individuale, şabloane ocluzale rezistente la deformare, precum şi pentru alte indicaţii. Întărirea prin fotopolimeriza-re a PRECI TRAY se poate face cu ajutorul tuturor lămpilor de polimerizare cu radiaţii UV şi cu halogen. Plăcile de bază sunt livrate într-o casetă reutilizabilă care asigură protecţia la lumină şi care poate fi utilizată pentru transportul sau depozitarea modelelor etc.

Indica ii
- Lingură de amprentă individuală

Contraindica ii
Materialul conţine metacrilaţi.
Materialul nu se va utiliza în cazul pacienţiloralergici la metacrilaţi sau alte substanţe, pe care le conţine produsul.

Caracteristicile de performan ă **ale produsului** PRECI TRAY polimerizează sub acţiunea luminiitransformându-se într-un polimer solid şi compact.

Măsuri speciale de precau ie
Evitaţi orice contact al ochilor şi pielii cu materialul neîntărit, deci şi cu stratul inhibat.Datorită producerii de praf, la executarea operaţiilor de şlefuire utilizaţi un sistem de aspiraţie!

Pregătire/confec ionare
- Trasaţi pe model contururile viitoarei linguri.
- Blocaţi pe model zonele de degajări interioare.
- Pentru a crea o poziţie rezervată pentru materialul de impresie, blocaţi întregul model(de exemplu prin turnare de ceară de plăci) şi decupaţi stopurile.
- În cazul ghipsului foarte uscat, umectaţi uşor modelul cu apă sau utilizaţi un agent de izolare a modelului sau agentul de izolare pebază de alginat.
- Scoateţi placa de bază din casetă şi închideţi la loc caseta.
- Adaptaţi placa de bază la modelul de ghipsblocat şi tăiaţi-o sub forma dorită, de exemplu, cu ajutorul unui bisturiu.
- Formaţi un mâner din resturile de placă debază şi ataşaţi-l la lingura de amprentă.
- Expuneţi lingura de amprentă împreună cu mod elul acţiunii unei lămpi de polimerizare şipermiteţi întărirea fără vacuum.
- Scoateţi lingura de amprentă de la model şi su puneţi-o încă o dată polimerizării pe parteainferio ară.
- În cazul polimerizării fără vacuum, utilizaţi alcool pentru îndepărtarea stratului de lubrifiere.

Timpi de lucru: Pregătirea la lumina zilei 20 minute

Polimerizarea în lămpile cu UV sau halogen, înfuncţie de aparat:
Partea superioară cu model 3-5 minute
Partea inferioară fără model 3-5 minute

Finisarea:
- Finisaţi lingurile individuale cu ajutorul frezelordin carburi metalice şi şlefuiţi-le cu hârtie abrazivă.

Igienă:
Introduceţi impresiunile luate cu lingurile de amprentă PRECI TRAY într-o soluţie dezinfectantă pe bază de glutaraldehidă. Durata este în funcţie de indicaţiile respectivele producătorului.

Dispozitivul medical finit va fi utilizat de către medicul stomatolog, de exemplu pentru lingurade amprentă individuală cu material de modelare.

Precau ie
Produsul a fost dezvoltat pentru utilizare în domeniul stomatologic şi trebuie să fie utilizat înconformitate cu Manual de instrucţiuni.
Producătorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate în urma altor tipuri de utilizări. În plus, utilizatorul are obligaţia de a examina pe propria răspunx dere materialul înainte de utilizarea acestuia pentru a-i verifica caracterul adecvat şi posibilităţile de utilizare pentru scopurile preconizate, în special în cazulîn care acestea nu sunt enumerate în Manual de instrucţiuni.

Reac ii adverse
Nu se cunosc reacţii adverse nedorite.

Interac iuni medicamentoase
Nu se cunoaşte nicio interacţiune a produsului cu alte produse medicale, medicamente sau alte substanţe.

Depozitare
Produsul trebuie depozitat în intervalul de temperatură 0 °C - 22 °C.

Date tehnice
Rezistenţa la încovoiere minimum 130 N/mm2

Termen minim de valabilitate
PRECI TRAY nu se va utiliza după data deexpirare.

Variante
Şablon pentru maxilarul superior

REF **890-1000 roz, 50 bucăţi**
REF **890-1010 albastru, 50 bucăţi**
REF **890-1020 natural, 50 bucăţi**

Eliminarea ca deşeu
Materialul neîntărit poate fi polimerizat cu lumină (lumina soarelui sau lumina artificială) şipoate fi apoi eliminat ca deşeu de materiale plastice.

Toate incidentele grave apărute în legătură cu produsul vor trebui să fie raportate producătoru-lui şi autorită ii competente a statului membru în care îşi are reziden a utilizatorul şi/sau pacientul.

sk

PRECI TRAY

Návod na použitie

Pacientska cieľová skupina
Všetky osoby, pre ošetrenie ktorých sú potrebné individuálne lyžice.

Predpokladaný používateľ
Zubný lekár

Zloženie a kvalitatívne údaje:
oligomerný uretanakrylát, vinylesterová živica, 2.2 dimethoxy-1,2-diphenylethan-1-on alebo o 2.2 dimethoxy-2-phenylacetophenon, (+-)-2,3-dioxo-1,7,7-trimethyl-bicyclo-(2,2,1)-heptan di-bornan-2,3 dion, diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid, 2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl-propan-1-on, 2-ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoat, 2.2 diethoxyacetophenon, sódnovápenaté sklo, amorfná kyselina kremičitá, farbivo (červený pigment 146 = CI 12485 / modrý pigment 29 = CI77007 / D&C červený 30 = CI 73360 / modrý pigment CI 74160 / fialový pigment 19 = C.I. 73900), aromatické látky (optamint).

Kvantitatívne údaje:
V 100 g sa nachádza 19 g akrylátu/metakrylátu a 80 g skla.

Účel a určenie výrobku
PRECI TRAY je na svetle tvrdnúci lyžicový materiál v tvare prefabrikovaných bazálnych doštičiek na výrobu individuálnych odtlačkových lyžíc, zhryzových šablón a iných indikácií tuhých pri skrúcaní. PRECI TRAY možno vytvrdiť vo všetkých UV a halogénovýchsvetelných zariadeniach. Bazálne doštičky sa dodávajú v opakovane použiteľnej dóze chránicej pred svetlom, ktorú možno používať ako zásobník na prepravu alebo skladovanie modelov atď.

Indikácie
- Individuálne lyžice

Kontraindikácie
Materiál obsahuje metakrylát. Nepoužívajte u pacientov s alergiou na metakryláty alebo iné látky obsiahnuté vovýrobku.

Charakteristické vlastnosti výrobku
PRECI TRAY za svetla polymerizuje, čím vzniká pevný a kompaktný polymerizát.

Špeciálne preventívne opatrenia
Zabráňte akémukoľvek kontaktu nevytvrdeného materiálu, a teda aj inhibovanej vrstvy, s očami a pokožkou.
Kvôli tvorbe prachu pri obrusovaní používajte odsávanie!

Príprava/Výroba
- Obrysy budúcej lyžice nakreslite na model.
- Oblasti, ktoré idú pod seba, na modeli vyblokujte.
- Ako medzerník pre odtlačkovú hmotu vyblokujte celý model (napr. doštičkovým voskom) a vyrežte zastavovače.
- V prípade veľmi suchej sadry model nakrátko namočte do vody alebo použite izoláciu modelu alebo alginátovú izoláciu.
- Bazálnu doštičku vyberte z dózy a dózu znova zavrite.
- Bazálnu doštičku adaptujte na vyblokovanom sadrovom modeli a napr. skalpelom vyrežte do požadovaného tvaru.
- Zo zvyškov bazálnej doštičky vytvarujte rúčkua nasaďte ju na lyžicu.
- Lyžicu s modelom dajte do svetelného zariadenia a vytvrďte bez vákua.
- Lyžicu odoberte z modelu a zo spodnej strany ešte raz polymerizujte.
- Pri polymerizácii bez vákua použite na odstránenie mazľavej vrstvy alkohol.

Časy:
Spracovanie za denného svetla 20 minút

Polymerizácia v UV alebo halogénových svetelných zariadeniach, v závislosti od zariadenia:
Horná strana s modelom 3–5 minút
Dolná strana bez modelu 3–5 minút

Vypracovanie:
- Individuálnu lyžicu obrobte frézou z tvrdokovua vyleštite brúsnym papierom.

Hygiena:
Odtlačky s individuálnymi lyžicami z PRECI TRAY vložte do dezinfekčného roztoku na báze glutaraldehydu. Dĺžka trvania sa riadi príslušnými údajmi výrobcu.

Hotový zdravotnícky výrobok používa zubný lekár, a to napr. na individuálne lyžice s odtlačkovým materiálom.

Pozor
Výrobok bol vyvinutý na použitie v dentálnej oblasti a musí sa používať v zhode s Návod na použitie. Za škody, ktoré vyplnú z iného použitia, výrobca neručí. Okrem toho má používateľ povinnosť materiál pred jeho použitím na vlastnú zodpovednosť skontrolovať ohľadom jeho vhodnosti a možnosti použitia naurčené účely, predovšetkým pokiaľ nie sú uvedené v Návod na použitie.

Vedľajšie účinky
Nežiadané vedľajšie účinky nie sú známe.

Interakcie
Interakcie výrobku s inými zdravotníckymi výrobkami, liekmi a inými látkami nie sú známe.

Skladovanie
Výrobok by sa mal skladovať pri teplote od 0 °C do 22 °C.

Technické údaje
Pevnosť v ohybe min. 130 N/mm2

Minimálna trvanlivosť
PRECI TRAY po uplynutí dátumu spotreby nepoužívajte.

Varianty
Šablóna hornej čeľuste

REF 890-1000 ružová, 50 ks
REF 890-1010 modrá, 50 ks
REF 890-1020 prírodná, 50 ks

Likvidácia
Nevytvrdený materiál môže spolymerizovať so svetlom (slnečné svetlo alebo umelé svetlo) a dá sa potom zlikvidovať ako plastový odpad.

Všetky závažné udalosti, ktoré sa vyskytli v súvislosti s týmto výrobkom, treba nahlásiť výrobcovi a príslušnému úradu členského štátu,kde má svoje sídlo/svoj pobyt používateľ a/alebo pacient.

sl

PRECI TRAY

Navodila za uporabo

Ciljna skupina pacientov
Vse osebe, za katere so pri zdravljenju potrebne individualne žlice.

Predvideni uporabnik
Zobozdravnik

Sestava – kvalitativni podatki:
Oligomeren uretan akrilat, vinilna estrska smola, 2.2 Dimetoksi-1,2-difeniletan-1-ol ali za 2.2 Dimetoksi-2-fenilacetofenon, (+-)-2,3-Diokso-1,7,7-trimetil-biciklo-(2,2,1)-heptan di-bornan-2,3 dion, difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfinoksid, 2-hidroksi-2-metil-1-fenil-propan-1-on, 2-etilheksil-4-(dimetilamino)benzoat, 2.2 Dietoksiacetofenon, natronsko steklo, amorfna silicijeva kislina, barvila (pigment rdeči 146 = CI 12485 / pigment modri 29 = CI 77007 / D&C rdeči 30 = CI 73360 / pigment modri CI 74160 / pigment vijolični 19 = C.I. 73900), arome(optamint).

Kvalitativni podatki:
V 100 g je 19 g akrilata/metakrilata in 80 gstekla.

Namembnost izdelka
PRECI TRAY je žlični material v obliki pripravljenih osnovnih plošč, ki se strdi na svetlobi, in je namenjen za proizvodnjo torzijsko odpornih individualnih modelarskih žlic, šablon za ugriz in dodatnih indikacij. PRECI TRAY lahko utrdite v vseh napravah UV in halogenskihsvetlobnih napravah. Osnovne plošče se dobavljajo v svetlobno zaščiteni pločevinki, primerni za ponovno uporabo, ki jo lahko uporabljate kot transportni zabojnik ali za hranjenje modelov itn.

Indikacije
- Individualne žlice

Kontraindikacije
Material vsebuje metakrilate.
Ne uporabljajte pri pacientih z alergijo na metakrilate ali druge sestavine, ki so v izdelku.

Značilnosti izdelka
PRECI TRAY se polimerizira s svetlobo v čvrst in kompakten polimerizat.

Posebni previdnostni ukrepi
Preprečite vsakršen stik nestrjenega materiala z očmi in s kožo, torej tudi z inhibirano plastjo. Zaradi nastajanja prahu pri brušenju uporabljajte odsesavanje!

Priprava/izdelava
- Konture bodoče žlice zarišite na model.
- Blokirajte spodrezana območja na modelu.
- Da prihranite prostor za modelirno maso,blokirajte celoten model (npr. s ploskim voskom) in izrežite mašilce.
- Pri zelo suhem mavcu, model na kratko poškropite z vodo, ali pa uporabite modelarsko izolacijo ali izolacijo iz aligna ta.
- Odstranite osnovno ploščo iz pločevinke in pločevinko spet zaprite.
- Osnovno ploščo prilagodite blokiranemu mavčnemu modelu in npr. s skalpelom zrežitev želeno obliko.
- Iz ostankov osnovne plošče oblikujte ročaj inga namestite na žlico.
- Žlico z modelom položite v svetlobnonapravo in brez vakuuma strdite.
- Žlico snemite z modela in s spodnje strani šeenkrat polimerizirajte.
- Pri polimerizaciji brez vakuuma za odstranjevanje namazane plasti uporabitealkohol.

Časi:
Obdelujte na dnevni svetlobi 20 minut

Polimerizacija v napravah UV ali halogenih svetlobnih napravah, odvisno od naprave:
Zgornja stran z modelom 3–5 minut
Spodnja stran brez modela 3–5 minut

Izdelava:
- Individualno žlico obdelajte z rezkarjem izkarbidne trdine in jo zgladite z brusnim papirjem.

Higiena:
Odtise z individualnimi žlicami PRECI TRAY položite v dezinfekcijsko raztopino na osnovi glutaraldehida. Trajanje je odvisno od ustreznihpodatkov proizvajalca.

Končni medicinski izdelek uporabi zobozdravnik, npr. za individualne žlice z modelarskim materialom.

Previdno
Izdelek je bil razvit za uporabo v zobozdravstvu in ga obvezno uporabljajte v skladu z navodili za uporabo. Za škodo, ki bi nastala zaradi drugačne uporabe, proizvajalec ne prevzema odgovornosti. Poleg tega je uporabnik zavezan, da material pred uporabo na lastno odgovornost preveri glede ustreznosti in možnosti uporabe za predvideni namen, zlasti če to ni navedeno v navodilih za uporabo.

Stranski učinki
Nezaželeni stranski učinki niso znani.

Vzajemno učinkovanje
Vzajemno učinkovanje izdelka z drugimi medicinskimi izdelki, zdravili ali drugimi snovmi ni znano.

Shranjevanje
Izdelek je treba hraniti pri temperaturi od 0 °C do 22 °C.

Tehnični podatki
Upogibna trdnost najm. 130 N/mm2

Rok uporabe
PRECI TRAY po izteku roka uporabe neuporabljajte več.

Različice
Šablona za zgornjo čeljust

REF 890-1000 roza, 50 kosov
REF 890-1010 modra, 50 kosov
REF 890-1020 naravna, 50 kosov

Odstranjevanje med odpadke
Nestrjen material lahko s svetlobo (sončna ali umetna svetloba) polimerizirate in odstranite med odpadke kot material iz umetne mase.

O vseh težavnih primerih v povezavi z izdelkom morate obvestiti proizvajalca in pristojni urad države članice, v kateri prebiva uporabnik in/alipacient.

bs

PRECI TRAY

Uputstvo za upotrebu

Ciljna grupa pacijenata
Svi kojima je potrebna individualna kašika za dentalni tretman.

predviđeni korisnik
Zubar

Sastav Kvalitativni podaci:
oligomerni uretanakrilat, vinilesterska smola, 2,2 dimetoksi-1,2-difeniletan-1-on ili um 2,2 dimetoksi-2-fenilacetofenon, (+ -) - 2,3-diokso-1,7,7-trimehil-biciklo- (2,2,1) -heptan di-bornan-2,3 dion, difenil (2, 4,6-trimetilbenzoil) fosfinoksid, 2-hidroksi-2-metil-1-fenil-propan-1-on, 2-etilheksil-4- (dimetilamino) benzoat, 2,2 dijetoksiacetofenon, soda krečno staklo, amorfni silicijum dioksid, boje (pigment crvena 146 = CI 12485 / pigment plava 29 = CI 77007 / D&C crvena 30 = CI 73360 / pigment plava CI 74160 / pigment ljubičica 19 = CI 73900), arome (optamint).

Kvantitativni podaci:
100 g sadrži 19 g akrilata/metakrilata i 80 gstakla.

Namjena proizvoda
PRECI TRAY je materijal za izradu kašike, koji se stvrdnjava djelovanjem svjetla, u obliku gotovih baznih/osnovnih ploča, za izradu individualnih kašika otpornih na uvijanje, zagrižajnih šablona i drugih indikacija. PRECI TRAY može se stvrdnuti u svim UV i halogenim svjetlosnim aparatima. Bazne ploče isporučuju se u kutiji sa zaštitom od svjetlosti, koja se može ponovo upotrebljavati, te koristiti kao spremnik za transport ili čuvanje modela itd.

Indikacije
- Individualne kašike

Kontraindikacije
Materijal sadrži metakrilate.
Ne koristiti kod pacijenata koji su alergični nametakrilate ili druge supstance sadržane u proizvodu.

Karakteristike proizvoda
PRECI TRAY polimerizira putem svjetla, dajućičvrsti i kompaktni polimer.

Specijalne preventivne mjere
Izbjegavajte svaki kontakt očiju i kože s neosušenim materijalom, uključujući i inhibiranisloj. Koristite usisivač zbog stvaranja prašine prilikom brušenja!

Priprema/izrada
- Označite konture buduće kašike na modelu
- Blokirajte područja rezanja na modelu.
- Kao rezervirano mjesto materijala za otisak,blokirajte cijeli model (npr. voskom za modeliranje) i izrežite graničnike.
- Ako je gips vrlo suh, na kratko zalijte model ili koristite izolaciju modela ili alginatnu izolaciju.Izvadite baznu ploču iz kutije i ponovo zatvorite kutiju.
- Baznu ploču prilagodite blokiranom modelu gipsa i izrežite je npr. skalpelom u željeni oblik.
- Od ostataka bazne ploče formirajte ručku i pričvrstite je na kašiku.
- Stavite kašiku s modelom u svjetlosni aparat iočvrsnite je bez vakuuma.
- Skinite kašiku s modela i ponovo jepolimerizirajte s donje strane.
- Upotrijebite alkohol kako biste uklonili razmazani sloj prilikom polimerizacije bezvakuuma.

Vremena:
Obrada na dnevnom svjetlu 20 minuta

Polimerizacija u UV ili halogeno-svjetlosnim aparatima, ovisno o aparatu:
Gornja strana s modelom 3-5 minuta
Donja strana bez modela 3-5 minuta

Dorada:
- Dovršite individualnu kašiku karbidnimsvrdlima i izgladite je šmirgl papirom.

Higijena:
Otiske s individualnim PRECI TRAY kašikamastavite u otopinu za dezinfekciju na bazi glutaraldehida. Trajanje ovisi o podacima proizvođača.

Gotov medicinski proizvod koristi zubar, npr. za individualne kašike s otisnutim materijalom.

Oprez
Proizvod je razvijen za upotrebu u stomatologiji i mora se koristiti u skladu s uputstvom za upotrebu. Proizvođač ne preuzima odgovornostza štete nastale zbog nenamjenske primjene.
Pored toga, korisnik je dužan da prije korištenja provjeri da li je materijal prikladan za namjeravano korištenje i u predviđene svrhe, posebno ako one nisu navedene u uputstvu zaupotrebu.

Nuspojave
Nisu poznate neželjene nuspojave.

Interakcije
Nije poznata interakcija proizvoda s drugim medicinskim proizvodima, lijekovima ili drugim supstancama.

Čuvanje
Proizvod treba čuvati na temperaturi između 0 °C - 22 °C.

Tehnički podaci
Čvrstoća na savijanja min. 130 N/mm2

Rok upotrebe
PRECI TRAY nemojte upotrebljavati nakonisteka datuma roka trajanja.

Varijante
Šabloni gornje vilice

REF 890-1000 užičast, 50 komada
REF 890-1010 plav, 50 komada
REF 890-1020 natur, 50 komada

Odlaganje u otpad
Neotvrdnuti materijal može se polimerizirati sa svjetlošću (sunčevom ili umjetnom svjetlošću), a zatim odložiti kao plastični otpad.

Svi ozbiljni incidenti koji su se dogodili u vezi s proizvodom moraju se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj korisniki / ili pacijent ima sjedište.

tr

PRECI TRAY

Kullanım için talimatlar

Hedef hasta grubu
Tedavisi için bireysel ölçü kaşığı gerektiren tüm kişiler.

öngörülen kullanıcılar
Diş hekimi

Bileşimle ilgili kalitatif bilgiler:
Oligomerik üretan akrilat, vinil ester reçine, 2.2 Dimetoksi-1,2-difeniletan-1-on veya 2.2 Dimetoksi-2-fenilasetofenon, (+-)-2,3-diokso-1,7,7-trimetil-bisiklo-(2,2,1)-heptan di-bornan-2,3 dion, difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)-fosfinoksit, 2-hidroksi-2-metil-1-fenil-propan-1-on, 2-etilheksil-4-(dimetilamino) benzoat, 2.2 Dietoksiasetofenon, soda kireç camı, amorf silisik asit, boya maddeleri (Pigment Red 146 = CI 12485 / Pigment Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / Pigment Blue CI 74160 / Pigment Violet 19 = C.I. 73900), aroma maddeleri (Optamint).

Kantitatif bilgiler:
100 gr içerisinde 19 gr akrilat/metakrilat ve 80 gr cam bulunmaktadır.

Ürünün amacı
PRECI TRAY, burulmaya karşı dayanıklı bireysel ölçü kaşıkları, ısırma plakları üretmek ve diğer endikasyonlar için önceden hazırlanmış baz plak şeklinde olup, ışıkla sertleşen kaşık malzemesidir. PRECI TRAY, bütün UV ve halojen ışık cihazlarında sertleşebilir. Baz plaklar, tekrar kullanılabilen ışıktan koruyucu kutular içerisinde teslim edilir, bu kutular ise, nakliye için konteyner olarak veya modellerin depolanması vs. için elverişlidir.

Endikasyonlar
- Bireysel ölçü kaşığı

Kontraendikasonlar
Malzeme, metakrilat içerir.
Metakrilata karşı veya ürün içeriğindeki diğer bileşenlere karşı alerjisi olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Ürünün özellikleri
PRECI TRAY, ışık ile katı ve kompakt bir polimerizat olarak polimerleşir.

Özel önleyici tedbirler
Sertleşmemiş materyal ve engellenmiş tabaka ile her türlü göz ve cilt temasından kaçının. Aşındırma esnasında oluşan tozdan dolayı aspiratör kullanın!

Hazırlık/İmalat
- Kaşığın konturlarını model üzerine çizin.
- Alt alta geçen kısımları model üzerinde ayırın.
- Ölçü maddesinin yeri için tüm modeli (örn.plak mumu ile) çıkarın ve stop noktalarını kesin.
- Aşırı kuru bir alçı için modeli hafifçe ıslatın veya bir model separatörü veya aljinat bazlıseparatör kullanın.
- Baz plağı kutudan çıkarın ve kutuyu tekrarkapatın.
- Baz plağı çıkarılmış alçı model üzerine adapte edin ve örneğin bir bisturi ile istediğiniz şekilde kesin.
- Baz plak kalıntılarından bir kulp şekli elde edin ve ölçü kaşığına yerleştirin.
- Model ile ölçü kaşığını ışık cihazına koyun ve vakumsuz olarak sertleştirin.
- Kaşığı modelden alın ve alt kısımdan tekrar polimerize edin.
- Vakumsuz polimerizasyon işleminde yapışkan tabakayı temizlemek için alkol kullanın.

Süreler:
Gün ışığında işleme 20 dakika

UV ve halojen ışık cihazlarında polimerizasyon, cihaza bağlı olarak:
Model ve üst kısım Mods 3-5 dakika
el olmadan alt kısım 3-5 dakika Son

işlem:
- Bireysel ölçü kaşığının son işlemini sert metalfreze ile gerçekleştirin ve zımpara kağıdı ile düzleştirin.

Hijyen:
Bireysel PRECI TRAY ölçü kaşıkları ile alınan kalıpları glutaraldehit bazlı dezenfekte edici solüsyon içerisine koyun. Süre, üreticinin verdiğibilgilere göre değişir.

Hazırlanmış tıbbi ürün diş hekimi tarafından kullanılır, örn. kalıp materyali ile bireysel ölçü kaşığı için.

Dikkat
Ürün, dental sektörde kullanılmak üzere geliştirilmiştir ve kullanım için talimatlar göre kullanılmak zorundadır. Farklı kullanım şekillerinden kaynaklanan zararlar için üretici sorumluluk kabul etmez. Bunun haricinde kullanıcı, özellikle kullanım için talimatlar arasında yer almıyorsa, öngörülen amaçlar içinmalzemeyi kullanmadan önce kendi sorumluluğunda uygunluk ve kullanılabilirlik açısından kontrol etmekle yükümlüdür.

Yan etkiler
İstenmeyen yan etkiler bilinmemektedir.

Etkileşimler
Ürünün diğer tıbbi ürünlerle, ilaçlarla veya diğer maddelerle etkileşimi bilinmemektedir.

Saklama
Ürün, °0C - °22C sıcaklık aralığında depolanmalıdır.

Teknik veriler
Bükme mukavemeti en az 130 N/mm2

Son kullanma tarihi
PRECI TRAY'ı son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.

Seçenekler
Üst çene şablonu

REF 890-1000 pembe, 50 adet
REF 890-1010 mavi, 50 adet
REF 890-1020 natürel, 50 adet

Bertaraf
Sertleşmemiş materyal ışık (güneş ışığı veya suni ışık) ile polimerize edilebilir ve ondan sonra plastik atık olarak bertaraf edilebilir.

Ürünle bağlantılı olarak meydana gelen her türlü **ciddi olay üreticiye ve uygulayıcının ve/veya hastanın ikamet ettiği üye devletin yetkili resmi kurumuna bildirilmelidir.**

ru

PRECI TRAY

Инструкция по применению

Целевая группа пациентов
Все лица, для лечения которых необходимы индивидуальные ложки.

Предполагаемый пользователь
Стоматолог

Качественная информация о составе
Олигомерный уретанакрилат, смола сложных виниловых эфиров, 2,2-диметокси-1,2-дифениэтан-1-он или 2,2-диметокси-2-фенилацетофенон, (+-)-2,3-диоксо-1,7,7-триметил-бицикло-(2,2,1)-гептан-ди-борнан-2,3-дион, дифенил(-2,4,6триметилбензоил)фосфиноксид, -2гидрокси-2-метил-1-фенил-пропан-1-он, 2-этилгексил-4-(диметиламин)бензоат, 2,2 диметоксиацетофенон, натриево-калиевое стекло, аморфный кремнезем, красители (пигмент Red146 = CI 12485 / пигмент Blue 29 = CI 77007 / D&C Red 30 = CI 73360 / пигмент Blue CI 74160 / пигмент Violet 19 = C.I. 73900), ароматизаторы (Optamint).

Количественные данные
В 100 г продукта содержится 19 г акрилата/метакрилата и 80 г стекла.

Назначение продукта
PRECI TRAY представляет собой светоотверждаемый материал в виде готовых базисов, предназначенный для изготовления жестких индивидуальных ложек, шаблонов дляприкуса и в других целях. PRECI TRAY можетполимеризоваться любыми ультрафиолетовыми и галогеновыми источниками света. Базисы поставляются в светонепроницаемой упаковке многоразового применения, которая может использоваться для транспортирования или хранения моделей и т. п.

Показания к применению
- Индивидуальные оттискные ложки

Противопоказания
Материал содержит метакрилат. Продукт нельзя применять у пациентов саллергией на метакрилаты или другие ингредиенты продукта.

Особенности продукта
Под действием света PRECI TRAY полимеризуется, образуя твердый компактный полимер.

Особые меры предосторожности
Избегайте любого контакта кожи и глаз с неполимеризованным материалом, в том числе с ингибированным слоем.
Для удаления пыли, образующейся при шлифовании, используйте вытяжное устройство!

Подготовка/изготовление
- Отметьте контуры будущей ложки намодели.
- Заблокируйте подрезы на модели.
- Чтобы создать прокладку для оттискного материала, заблокируйте модель целиком (например, листом воска) и вырежьте заглушки.
- Если материал очень сухой, ненадолго смочите модель водой, либо используйте изоляцию модельной массой, либо альгинатную изоляцию.
- Извлеките базис из коробки и закройте коробку.
- После отверждения гипсовой модели адаптируйте к ней базис и вырежьте ее по контуру, используя, например, скальпель.
- Из лишнего материала сформируйте ручку и прикрепите ее к ложке.
- Полимеризуйте ложку и модель световым прибором без вакуума.
- Снимите ложку с модели и еще раз полимеризуйте нижнюю сторону.
- При полимеризации без вакуума используйте спирт для удаления вязкого слоя.

Время работы
Работайте при дневном свете 20 минут

Полимеризация ультрафиолетовым или галогеновым источником света, в зависимости от устройства.
Верх ложки, с моделью 3–5 минут
Низ ложки, без модели 3–5 минут

Обработка
- Обрабатывайте индивидуальную ложку карбидно-вольфрамовыми фрезами и наждачной бумагой.

Гигиена
Поместите слепки с индивидуальными ложками PRECI TRAY в дезинфицирующий раствор на основе глутаральдегида. Продолжительность обработки см. в инструкции производителя.

Готовый медицинский продукт используется стоматологом, например, для изготовления индивидуальных оттискных ложек.

Внимание
Продукт предназначен для стоматологии и должен использоваться в соответствии с инструкциями. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций. Кроме того, пользователь обязан под личную ответственность изучить материал и принять решение о степени его пригодности и возможности использования в каждом случае, особенно если это не оговорено в инструкции по применению.

Побочные эффекты
Информация о нежелательных побочных эффектах отсутствует.

Совместимость
Данные о совместимости продукта с другими медицинскими продуктами, лекарственными препаратами или другими веществами отсутствуют.

Хранение
Продукт должен храниться при температуре от 0 °C до 22 °C.

Технические характеристики
Прочность на изгиб мин. 130 Н/мм²

Минимальный срок хранения
Продукт PRECI TRAY не следует использовать после даты истечения срока годности.

Варианты
Верхняя челюсть-шаблон

REF 890-1000 розовый, 50 шт.
REF 890-1010 синий, 50 шт.
REF 890-1020 натуральный, 50 шт.

Утилизация
Неотвержденный материал можно полимеризовать под действием света (солнечный или искусственный свет), а затем утилизировать как пластиковые отходы.

О любых серьезных инцидентах, связанных с продуктом, необходимо сообщать производителю, а также в компетентный орган государства-члена, гражданами которого являются пользователь и/или пациент.

jp

PRECI TRAY

取扱説明書

患者の対象グループ
個人トレーが治療のために必要とされるすべての人。

想定される使用者
歯科医師

成分 定性的データ：
オリゴメリックウレタンアクリレート、ビニルエステル樹脂、
2.2 ジメトキシ**-1,2-**ジフェニルエタン**-1-**オンまたは
2.2 ジメトキシ**-2-**フェニルアセトフェノン、**(+-)-2,3-**ジオキソ**-1,7,7-**トリメチル-ビシクロ**-(2,2,1)-**ヘプタンジボルナン**-2,3**ジオン、ジフェニル**(2,4,6-**トリメチルベンゾイル)ホスフィノキシド、**2-**ヒドロキシ**-2-**メチル**-1-**フェニル-プロパン**-1-**オン、**2-**エチルヘキシル**-4-(**ジメチルアミノ**)**ベンゾアート、
2.2 ジエトキシアセトフェノン、ソーダライムガラス、アモルファスシリカ、染料(ピグメントレッド**146**＝**CI 12485**／ピグメントブルー**29**＝**CI 77007**／**D&C**レッド**30**＝**CI 73360**／ピグメントブルー**CI 74160**／ピグメントバイオレット**19**＝**C.I.73900**)、香料(オプタミント)。

定量的データ：
100 g中には、**19 g**のアクリル酸/メタクリル酸塩と**80 g**のガラスが含まれています。

製品の使用目的
PRECI TRAYは、ねじり剛性の高い個人用印象トレーや咬合テンプレートなどを製作するための、プレハブのベースプレートの形をした光硬化性トレー材料です。**PRECI TRAY**は、すべての**UV**およびハロゲンライト装置で硬化させることができます。ベースプレートは再利用可能な遮光ボックスに入っており、モデルの運搬や保管用の容器などとしてもご利用いただけます。

表示
- 個人トレー

禁忌事項
材料にはメタクリル酸エステルが含まれています。
本製品に含まれるメタクリル酸エステル類などにアレルギーのある方は使用しないでください。

製品の特徴
PRECI TRAYは、光を当てると重合して固まりコンパクトなポリマーになります。

特別な予防措置
阻害された層を含む未硬化の材料との目や皮膚の接触を避けてください。

研削時に粉塵が発生するため、吸引システムを使用してください。

準備/製作
- 製作するトレーの輪郭をモデルにマーキングします。
- モデルの下へ入り込む部分をブロックします。
- 印象材のプレースホルダとして、モデル全体を(板状のワックスなどで) ブロックし、ストップを切り取ります。
- 石膏が非常に乾燥している場合は、モデルに短時間水をかけるか、モデル断熱材やアルギン酸断熱材を使用してください。
- ベースプレートをボックスから取り外し、ボックスを再封します。
- ブロックされた石膏モデルにベースプレートを合わせ、メスなどで所望の形状にカットします。
- ベースプレートの残りでハンドルを作り、トレーに取り付けます。
- モデルの入ったトレーを光硬化装置に置き、真空にせずに硬化させます。
- モデルからトレーを外し、下側から再度重合します。
- 真空にせずに重合する場合は、アルコールで潤滑層を除去します。

所要時間：
日光での処理 **20**分

UVライトやハロゲンライト装置での重合は、装置によって異なります。
モデルが入っている上側 **3**～**5**分
モデルが入っていない下側 **3**～**5**分

仕上げ：
- 超硬ミリング加工で個人トレーを仕上げ、紙やすりで滑らかにします。

衛生面：
PRECI TRAYの個人トレーが入っている印象材をグルタルアルデヒド系消毒液に浸します。浸漬時間は各メーカーの仕様によって異なります。
完成した医療用製品は、歯科医師が印象材の入った個人トレーなどに使用します。

ご注意
本製品は歯科分野での使用を目的として開発されたものであり、使用説明書に従って使用する必要があります。それ以外の使い方で生じた損害については、メーカーは責任を負いません。また、特に使用説明書に記載されていない場合は、使用する前に、目的に合った材料および使用可能性を自己責任で確認する義務が使用者にあります。

副作用
有害な副作用は報告されていません。

相互作用

本製品と他の医療機器、医薬品、またはその他の物質との相互作用は報告されていません。

ストレージ

製品は0℃～22℃で保管してください。

技術データ
曲げ剛性**130 N/mm2**以上

耐用年数
有効期限を過ぎた**PRECI TRAY**は使用しないでください。

製品バリエーション
上顎テンプレート

REF **890-1000** ピンク、**50**個入り
REF **890-1010** ブルー、**50**個入り
REF **890-1020** ネイチャー、**50**個入り

廃棄
未硬化の材料は、光 **(**太陽光や人工光**)** で重合させてプラスチックごみとして廃棄することができます。

本製品に関連するすべての重大な事故は、使用者および/または患者が居住する国の管轄当局およびメーカーに報告するものとします。

YETI DENTAL

YETI Dentalprodukte GmbH
Industriestrasse 3
D-78234 Engen/Germany
Fon: +(49) 7733/9410-0
Fax: +(49) 7733/9410-22
www.yeti-dental.com
info@yeti-dental.com

dent a pharm
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35
25355 Barmstedt/Germany
Fon: +(49) 4123/9225-0
Fax: +(49) 4123/9225-48
www.dent-a-pharm.de
info@dent-a-pharm.de

22°C 0°C
Achtung
Warning
H 317
MD
CE Made in Germany

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
May cause an allergic skin reaction.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Può causare reazioni allergiche alla pelle.

04.04.23
2023-REV-017